



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 665
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Ventilatör Cihazı İçin Oksijen Sensörü ve Ekspirasyon Kasedi Alımı
Dosya Id : 2148

08.04.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müd. Ard.
Ağrı Devlet Hastanesi
Beymaç ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü.

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VENTİLATÖR TEST CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ OKSİJEN SENSÖRÜ			2	Adet		
2	VENTİLATÖR CİHAZI EKSPİRASYON KASETİ KONTROL KARTI EKSPİRASYON KASEDİ			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Kurum veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Alım Kısmi Teklife Kapalıdır.

Servo-i / Servo-s Model Ventilatörleri için
Miadlı Oksijen Sensörü Teknik Özellikleri

1. Oksijen sensörü, Maquet marka Servo-I ve Servo-S model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu olmalıdır.
2. Oksijen sensörünün üzerinde 6 pinli bağlantı soketi olmalıdır.
3. Oksijen sensörü, hastaya giden oksijen konsantrasyonunu %21 ile %100 arasında ölçümleyebilmelidir.
4. Oksijen sensörü; seri numarası, ilk kullanım tarihi, son kalibrasyon tarihi ve yüzdelik skalada tahmini kapasiteyi cihaz üzerindeki ekrandan gösterebilir yapıda olmalıdır.
5. Oksijen sensörü, 1(bir) adet bakteri filtreli silikon conta ile birlikte verilmelidir.


Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Elyomedikal sorumlusu

Servo-i / Servo-s Model Ventilatör Cihazlarına Uyumlu
Ekspirasyon Kaseti Teknik Özellikleri

1. Ekpirasyon kaseti, Maquet marka Servo-i ve Servo-s model ventilatör cihazının mevcut tüm versiyonlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ekpirasyon kaseti, seri numarası ve membran ömrünün bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve bu bilgiler cihaz üzerindeki ekrandan okunabilmelidir.
3. Ekpirasyon kaseti, cihaza tek elle ve kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.
4. Ekpirasyon kaseti,akış ölçümünü ultrasonik sensörler ile yapmalıdır.
5. Ekpirasyon kasetinde hastadan dönen havanın yoğunlaşmasını önlemek amacıyla folyo ısıtıcı bulunmalıdır.
6. Ekpirasyon kaseti, istendiğinde 134 °C'de 4 dakika ve 121°C'de 15 dakika otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.
7. Eksprasyon kaseti,üreticinin belirlediği solüsyonlar kullanılarak dezenfekte edilebilir yapıda olmalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu