



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 669  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : GAZ MİXER BOARD TAMİR VE BAKIMI  
Dosya Id : 2164

14.04.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.04.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GAZ MİXER BOARD TAMİR VE BAKIMI			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ANESTEZİ TAMİR VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tamir edilecek tur anestezi cihazının fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal Edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Tamir edilecek olan anestezi cihazı 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- 3) Teklif veren firmalar cihaz tamiri için tamamen kendi imkanlarını kullanacak, tamir için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve sarf malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
- 4) Tamiri gerçekleştiren firma cihaza tamir sonrası aynı arızaya karşı garanti verecek.
- 5) Tamiri gerçekleştiren firma tamir sonrası tamir esnasında yapılan işlemleri ve değişen parçaları gösteren servis raporu ve garanti belgesini biyomedikal servisine teslim edecektir.
- 6) Cihazın Tamir işlemi kesin siparişten itibaren en fazla 2 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre sonunda cihaz tam olarak çalışır durumda teslim edilmiş olmalıdır. Anestezi cihazına montajı yapılacak parça GE markaya uyumlu olup birebir orijinal olacaktır.
- 7) Cihaz tamir sonrası şartname ve sipariş belgesinde istenilen evrakların hepsi tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Evrak eksikliğinden kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
- 8) Yükleniciler, teknik şartnamede yer alan özelliklerin değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından teklif ile birlikte teknik şartnamede belirtilen tüm şartları karşılayıp, karşılamadıklarını (maddeler halinde) taahhüt etmelidirler.
- 9) Anestezi cihazına teklif veren firma ,yetkili firmanın belgesine sahip olmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu