



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME (PRON POZİSYONERİ)ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24/04/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PRON POZİSYONERİ	Adet	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-imzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:[ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

et Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d1121005-88b1-457e-b12c-5fd18d0502b0 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## PRON POZİSYONERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Prostrate pozisyonlama kafa pedi , başı ve yüzü korumak ve desteklemek amacına uygun şekil ve ölçüde, genel anestezide respirasyon geçişine uygun , 23 x 20 x 11 cm ( $\pm 1$ mm) ölçülerde olmalıdır. Ürün dikdörtgen şeklinde yüzü içine alabilecek şekilde olmalıdır.
- 2- Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önlemelidir.
- 3- Pozisyon pedleri üzerinde kan, serum, kir vs. bulaştığı zaman kötü görüntü oluşturmaması için açık renkte olmamalıdır.
- 4- Pozisyon pedleri herhangi bir kaza nedeniyle kesik aldığı anda içindeki özel madde akma ve kayma yapmamalı , bu tip hasarlı bölgelerin tamiri özel tamir kitleri ile mümkün olmalıdır.
- 5- Pedler vücuttaki dekübit oluşumunu engellemeli ve bu maksatla aşağıdaki kriterlere uygunluğu bilimsel yayınlardaki verilerle muayene kabul esnasında belgelenmelidir:
  - 2a) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücut ısısını artırmamalıdır.
  - 2b) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile 50 kcal/m<sup>2</sup>/h( $\pm 10$ ) ısı geçirgenliğine sahip olmalıdır.
  - 2c) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranının maksimum %15 ( $\pm 5$ ) artırmalıdır.
- 6- Doku hasarını en aza indirmesi için basıya karşı direnç göstermemeli ve bunun için pedlerin basınç altında kendi kalınlığının %25'i kadar incilmesi halinde bile gösterdiği karşı direnç inç<sup>2</sup> başına maksimum 0.5 libre ( $\pm 0.2$  libre) olmalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle muayene kabul esnasında belgelenmelidir.
- 7- Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltiyle, en z 1 tam gün ( $\pm 2$  saat) tutulması halinde bile serbest kaldığında tamamen eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle muayene kabul esnasında belgelenmelidir.
- 8- Pedlerin içindeki polimer malzeme yapılan testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 9- Pedler "yumuşak doku eşdeğer malzemesi" olarak bilinen suyun ışınları emme oranına kıyasla maksimum  $\pm 10$  değerlerde emme oranına sahip doku-benzeri" bir maddeden yapıldığı bağımsız otoritelerce yapılan testlerle muayene kabul esnasında belgelenmelidir.
- 10- Cilde temas ettiğinde iritasyonu engellemelidir
- 11- Silikon, Vinil, Hava, Köpük, Sünger ve Likit esaslı vb, akma yapabilen, zamanla deforme olan alerjik maddelerden mamul olmamalıdır.

Uzm.Dr. Mehmet Akif ÖZER  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dokümantasyon ve İstatistik Genel Müdürlüğü

- 12-Pedlerin taban kısmı kaymayı önlemesi açısından kalın malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 13-Pedlerin alev-almadığı; aleve maruz kalsa bile 2 sn içinde ( $\pm 2$  sn) kendi kendine sökülmesi bir yapıda olduğu bağımsız otoritelerce yapılan testlerle muayene kabul esnasında belgelenmelidir.
- 14-Pedler ISO10993-5:1999,ISO10993-10:2002 test standartlarına sahip olmalıdır.
- 15-Reusable olmalıdır ve kolayca temizliği yapılabilirdir. Ürünlerin veya ürün özel kutusunun altında CE işareti, ürünlerin iç kısmında garanti takibi için lot numarası ve ürünlerin altında imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine imalatçı tarafından basılmış olmalıdır.
- 16-İstemi yapılan her kalen için bir ad. numune verilmeli ve Bölüm Uygunlukları alınmalıdır.
- 17-Yukarıda istenen kriterlerle ilgili olarak firmaların beyanı kabul edilmeyecek; yabancı dildeki belge ve bilimsel yayınlar ise yeminli tercüman ve noter-onaylı olarak muayene kabul esnasında sunulacaktır.

Dr. Dr. Mehmet ÖZER  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
T.C. Sağlık Bakanlığı