



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 689
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Perkütan Nefrolitotomi Amplatz Dilatör Seti
Dosya Id : 2210

27.04.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.04.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

(Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET 6-30 F			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET

1. Set içerisinde 6F'den başlayarak 30F genişliğe kadar 14 adet dilatör bulunmalıdır.
2. 6 FR-8fr-ve 10 fr olan dilatörler 20 cm diğer dilatörler 30 cm uzunluğunda olmalıdır
3. Dilatörler üzerinde FR ölçüleri rakam ile yazılmış olmalıdır.
4. Dilatörler radyopak olmalıdır. ayrıca 15 cm lik kısmı opak işaretlerle belirtmiş olmalıdır.
5. Set içerisinde 8FR dilatöre uygun 70 cm uzunluğunda poliüretanstilesi bulunmalıdır.
6. Set içerisinde 1 adet 10 fr 30 cm uzunluğunda teflon materyalden kılıf bulunmalıdır.
7. Set içerisinde 24-26 -28 ve 30FR dilatörlere uygun sheath bulunmalıdır.
8. Dilatörlerin uzunluğu 30 cm olmalıdır.
9. Set içeriğinin tümü tek bir steril paket içinde bulunmalıdır.

Op.Dr.Salih MANAV
Sicil no:132686
Üroloji Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi