



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNİN 12 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05/05/2020** tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BAKIM ONARIM BEDELİ	ADET	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacektir.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacağındır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

MEDİKAL GAZ SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Doç Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Medikal Gaz Sistemlerine Ait Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle Şartname olarak tanımlanacaktır) yer alan aşağıdaki terimler karşısındaki anımları ifade edecektir.

İdare: Doç Dr.Yaşar ERYILMAZ doğubeyazıt Devlet Hastanesi

Firma: Bakım onarım işlerini yapacak firma

Cihaz: Bakım onarımı yapılacak Madde 8 de belirtilen Medikal Gaz Sistemindeki Kısımlar

İşin süresi 1 yıl bir yıl 4 periyot 3 ayda bir)

Bakım: Cihazların performansı korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak için bei telenen periyotlarda sisteminin bakım onarım ve kontrolünü yapmak.

Onarım: Cihazların tamamı yada bir parçasının fonksiyonun yitirmesi durumunda hasta alımına engel

olmayacak şekilde sorunu giderip sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

Yedek parça: Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça Çalışılmayan süre Kurumumuzca(idare yada yetkili teknik Personel) telefon faks veya maille arzayı bildiriminden itibaren

MADDE 2 - YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI:

1. Madde 8 de yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarfinden itibaren 3 ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerinin yaparak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından sorumluların aksamların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda klare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebilecegi gibi diğer firmalardan da temin edebilir. Ilgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra doğrulmalıdır. Ilgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecekler.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri niteliği personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü işlemlerinde isterse gözlemci bulunabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine mukteakip 36 (Otuz altı) saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarında arızağa müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tuzuk yonetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
7. Arıza parça değiştirmek suretiyle idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra parçanın İl içinde temininde 24 saatlik dışında temininde 72 saat içinde ihanet güvenli çalışır hale getirilir.
8. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklendigine göre ve azami 1 (bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir.
9. Cihazların müntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır. Yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar. Yağlama işleminin uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
10. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
11. Yüklenici firma idarenin sorumlu olduğu en az 2 elemanına sözleşmeyi mukteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleneceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulanmalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.

Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yaşar ERYILMAZ
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
HAKMI İŞXESEN

12. Firma sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikler tekliflerde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma cihazlara ait uygun durum ve değerlendirmeye yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla hukumludur. Teklif vermekle bu durumu Kabul etmiş olur.

13. Firma herhangi bir mühalede çalışırken, diğer bir birime zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önleme almak zorundadır.

14. Yuklenici firma sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza kontrol foyelerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca, bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumluluğunu görür. İşine ve r

15. Yuklenici idare tarafından arızaların sorunlarının ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir iletişim bilgileri bulundurur. Sabit adres, telefon, fax, e-posta mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

16. Yuklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alınmadan sonra yerinden sökülmeli, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonra yapılır.

17. Periyodik bakım ve onarım parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs sırasında veya sonrasında sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlem (söküm, takım, dış açma, malzemenin mahallinden başka bir yere getirilmesi, genel genel iş, veya gösterileceği yere nakliyesi, vs) yüklenici firmalarından idareye bildirilerek yapılacaktır.

18. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

MADDE 3 - KAPSAMI:

Yüklenici firma Periyodik Bakım ve onarım hizmetleri mesai saatleri içerisinde 08:30-17:30 arasında yapacaktır.

MADDE 4 - GARANTİ ŞARTLARI:

1. Arıza durumunda yedek parça ve işçilik 6 ay (altı) garanti verecektir. Bu süre içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda yüklenici ve/veya tedarikçi firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.

2. Bakım periyotlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bekimi yapılacak ve takibi sağlanacaktır. Firma bakım onarım sözleşmesi bitim tarihinde cihazları çalışır halde bırakacaktır.

MADDE 5- RİSKLER:

1. Firma bakım esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahil her türlü can ve mal güvenliğinin alınmakla yükümlüdür.

2. Firma tarafından, bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz, noksan ve hatalı sevk edilmişse, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasar uğrayan cihaz ve yedek parçalar veya montaj esnasında hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar bütün masraflar firmaya ait olmak üzere tutarlı ve gerekli

MADDE 6- CEZAİ HÜKÜMLER:

1. Firma 2 madde de belirtilen surelerde arızaya müdahale edecekten belirtilen suronun aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinin 0.005 (binde beş) oranında ceza işlem uygulanır ve ilk tâhakkuk döneminde de firmadan kesilir.

2. Cihazların periyodik bakım onarımlarının yapılmaması durumunda firmaya sözleşme bedelinin 0.05 (yüzde beş) oranında ceza işlem uygulanır ve ilk tâhakkuk döneminde firmadan kesilir.

MADDE 7- GEREKLİ BELGELER:

1. TSE hizmet yeterlilik hizmet belgesine sahip olacaktır. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.
2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir. Tıbbi cihaz satış marketi belgesine sahip olmak.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sert lehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların onjinallığını taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisine sahip olmalı gerekli şartlarda bunu belgelendirmelidir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yasar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Havva ISLEREN

MADDE 8- BAKIMI YAPILACAK OLAN CİHAZLAR:

1. Medikal oksijen sistemi 10+10 oksijen rampa ve santrali
2. medikal azotperoteksit sistemi odaası 7+7 rampa ve santrali
3. Hastane Genclı yataakbaşı üniteleri (O2,hava,vakum,azot) tüm hastalar odaları ve servis ve Poliklinikler
4. Ameliyathane 4 adet salon da birer tane pendant gaz sistemi
- 5.Yoğun bakım 6 adet pendant gaz sistemi
6. Çocuk yoğun bakım 5 adet kolon tipi gaz sistemi
- 7.Kuru hava kompresörü 2 adet
8. Vakum sistemi (pompası)2 adet 175 m3/h 4 Kw
9. Hava kurutucu 2 adet , 1 tane kimyasal kurucu
- 10.Hastanemiz 159 yataklıdır

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr.Yağar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Halil İSLİVEN

