



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 708
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 4 Kalem Ekg Puarı, Mandalı ve Kablosu Alımı
Dosya Id : 1908

11.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.05.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MİTAR MARKA 01RD MODEL HASTABAŞI MONİTÖR CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU			10	Adet		
2	PETAŞ MARKA KMA800 MODEL HASTABAŞI MONİTÖR CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU			10	Adet		
3	EKG MANDAL			30	Kutu		
4	EKG PUARI			30	Kutu		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.MİTAR marka 01RD model Hastabaşı Monitör cihaza uygun olmalıdır.
- 2.Alınacak olan ekg kablosu cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
- 3.Kullanılacak olan ekg kablosu fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- 4.EKG kablosu yetişkin hastalara uyumlu olacaktır.
- 5.EKG kablosu CE belgeli olmalıdır.
- 6.Alınacak ekg kablosu temizlenebilir ve temizlik malzemelerine karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.
- 7.Teklif veren firma tarafından numune istenilecektir.Komisyonca beğenilmediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin geri iade edilecektir.
- 8.Alınacak olan EKG kablosu fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PETAŞ marka KMA800 model Hastabaşı monitör cihaza uygun olmalıdır.
2. Kablo monitöre giren ana gövde ve gövdeye enjeksiyon ile sabitlenmiş uc kısımlarda oluşmalıdır ve kablo yekpare şekilde olmalıdır
3. Kablonun uç kısımları kısıkaç şekilde olmalıdır. Tüm uçlar IEC renk kodlarına uygun olarak değişik renklerden basılmış olmalıdır. Tümleadlerin üzerinde ait olduğu derivasyonun kısaltması bulunmalıdır. (R,N,L,F ve C) uc kabloları renkli olan PVC kablolar kabul edilmeyecektir.
4. UÇ kablosundaki kısıkaçlarda kesinlikle hiçbir şekilde yay kullanılmamalıdır. Kırılmaya karşı en kalitede malzemeden üretilmelidir. Mandalların kabloya bağlantı yerlerinde kablo koruyucusu olmalıdır.
5. Kablonun gövdesinde renk kodları belirtilmeli ve hem IEC hemde AHA kodlarına göre isimlendirme yapılmış olmalıdır.
6. Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı ve gövdede hiçbir şekilde vida olmamalıdır.
7. CE belgesi olmalıdır. Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO 9001:2008, ve ISO 13485:2012 belgesi olmalıdır.
8. Kullanılacak olan ekgkablosu 6 ay süre ile garantili olacaktır.
9. Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası ve üretici firmanın logosu olmalıdır.
10. Monitör kablosu kırılmaya karşı dayanıklı TPU malzemeden üretilmelidir.

Firat DURAK

Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mandallar EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2-Mandallar tüm metal yüzeyi gümüş-klorür(Ag/AgCL) kaplı olmalıdır.
- 3- yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletgenliği yüksek olmalıdır.
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana yada çıt çıt uçlu kablolara takılabilmelidir.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
- 7-Mandallar 4 set halinde bir ambalaj içinde olmalı.
- 8-Mandallar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalı.
- 9-Mandallar 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.
- 10-Mandallar belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Erat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

EKG PUARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Puar EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2-Puarların tüm metal yüzeyi gümüş-klorür(Ag/AgCL) kaplı olmalıdır.
- 3-Puarların yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletgenliği yüksek olmalıdır.
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana yada çit çit uçlu kablolarla takılabilmelidir.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
- 7-Puarlar camları dahil 6 set halinde bir ambalaj içinde olmalı.
- 8-Puarlar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalı.
- 9-Puarların cam kısmı ile porselen kısmı arasında hava kaçırmaması olmalıdır.
- 10-Puarlar 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal olacaktır.
- 11-Puarlar belirtilen koşullara uymadığı takdirde kurulan komisyon hiçbir sebep belirtmeksizin iade edebilir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu