



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 716
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 5 KALEM PCR LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI
Dosya Id : 2288

15.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.05.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	EPENDORF TÜP 2 MM			3.000	Adet		
2	EPENDORF TÜP 0,2 MM			3.000	Adet		
3	MIKROPIPET UCU (100-1000)			1.000	Adet		
4	PIPET UCU (10- 100)			16.000	Adet		
5	PIPET UCU (1-10)			16.000	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ
PCR LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PLASTİK EPPENDORF TÜPÜ 2.0 ml ÇITÇIT KAPAKLI (3 000 ADET)

- 1.DNase –RNaseFree olmalıdır.
- 2.Pyrogen free olmalıdır.
- 3.Steril olmalıdır.
- 4.Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır. Kapaklar eppendorf tüpüne yapışık olmalıdır. Tüpler tekli olmalıdır.
- 5.Konik tabanlı olmalıdır.
- 6.PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir.

PLASTİK EPPENDORF TÜPÜ 0.2 ml DÜZ ÇITÇIT KAPAKLI (3 000 ADET)


- 1.DNase –RNaseFree olmalıdır.
- 2.Pyrogen free olmalıdır.
- 3.Steril olmalıdır.
- 4.Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır. Kapaklar eppendorf tüpüne yapışık olmalıdır. Tüpler tekli olmalıdır.
- 5.Konik tabanlı olmalıdır.
- 6.PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir.


**PİPET UCU ŞEFFAF FİLTRELİ DNase-RNaseFREE
(10-100 MİKROLİTRE) (50 000 ADET)**

- 1.Ultrahidrofobik filtreli, nonpirojenik ve steril olmalıdır.
- 2.Racklerde 96 adet dizili olmalıdır.
- 3.Rackler otoklavlanmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 4.Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.10-100 mikrolitre arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- 6.Laboratuvarımızda bulunan pipetlere uyum sağlamalıdır. Pipetlere uyum sağlamayan pipet uçları kabulü sağlanmayacaktır.
- 7.Filtreler pipetlere değmeyecek şekilde bir boşluk bırakmalıdır.
- 8.DNase ve RNasefree olmalıdır.

**PİPET UCU ŞEFFAF FİLTRELİ DNase-RNaseFREE
(1-10 MİKROLİTRE) (50 000 ADET)**

- 1.Ultrahidrofobik filtreli, nonpirojenik ve steril olmalıdır.
- 2.Racklerde 96 adet dizili olmalıdır.
- 3.Rackler otoklavlanmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 4.Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.0,5-10 mikrolitre arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Laboratuvarımızda bulunan pipetlere uyum sağlamalıdır. Pipetlere uyum sağlamayan pipet uçları kabulü sağlanmayacaktır.
- 7.Filtreler pipetlere değmeyecek şekilde bir boşluk bırakmalıdır.
- 8.DNase ve RNasefree olmalıdır.


Uzm. Dr. Levent AKSOY
Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp No 132844
Ağrı Devlet Hastanesi


Uzm. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp No 119339
Ağrı Devlet Hastanesi

**PİPET UCU BEYAZ FİLTRELİ DNase-RNaseFREE
(100-1000 MİKROLİTRE) (10 000 ADET)**

- 1.Ultrahidrofobik filtrelili, nonpirojenik ve steril olmalıdır.
- 2.Racklerde 96 adet dizili olmalıdır.
- 3.Rackler otoklavlanmaya dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 4.Ultrahidrofobik özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.100-1000 mikrolitre arasını çekebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Laboratuvarımızda bulunan pipetlere uyum sağlamalıdır. Pipetlere uyum sağlamayan pipet uçları kabulü sağlanmayacaktır.
- 7.Filtreler pipetlere değmeyecek şekilde bir boşluk bırakmalıdır.
- 8.DNase ve RNasefree olmalıdır.

Bu şartname iki sayfadır.

Uzm. Dr. İbrahim AKSOY
Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp No 132844
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Diy. No: 118339
Ağrı Devlet Hastanesi