



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 728
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : PTCA KLAVUZ TEL ALIMI
Dosya Id : 2332

29.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.06.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal LUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	PTCA KLAVUZ TEL 0,014 İNÇ 180 CM J UÇLU	KR1087		300	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satin Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

0,014 " PTCA KLAVUZ TEL (ANJİO)

1. En az 170 cm uzunluđuna olmalıdır.
2. Gövde bütün olmalı, uç ve gövdenin tamamı 0,014'' olmalı
3. Guidewire uç kısmı farklı yumuşaklık özelliđine olmalıdır (floopy, standart, intermediate, ekstrasupport).
4. Firma daha sonra bildirilecek miktarlarda yukarıda belirtilen yumuşaklık özelliklerine sahip 0.014 guide wire vermeyi ve gerektiđinde deđiştirmeyi taahhüt eder.
5. Düz ve J olmak üzere iki tipte olmalıdır. Bu özelliđin oranı anabilim dalınca bildirilecektir.
6. Guidewire uç kısmında en az 3 cm lik bölüm radyopak ve atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Guidewire PTFE ile kaplı olmalı, uzun süreli kullanımlarda kayganlık özelliđini ve kaplamasını kaybetmemelidir.
8. Tourque kabiliyeti birebir olmalıdır.
9. Damar lümenine zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.
10. Sürtünme katsayısı düşük olmalıdır.
11. Teklif edilen malzemeden 1(bir) adet numune teslim edilecektir.

Uz. Dr. A. Kayhan
M. T. Kayhan
156227
Uzman

Agri
Uz. Dr. Fahri ER
Uz. Dr. No. 102782
Radyasyon Uzmanı