



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 727  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Umbilikal Kateter 5F Alımı  
Dosya Id : 2330

29.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.06.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TEK LÜMENLİ UMBLİKAL KATETER 4-5F 30CM POLİÜRETAN			100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## 5 FR Göbek Kateteri (Umbilikal Kateter) Teknik Şartnamesi

1. Yenidoğan için santral olarak yoğun konsantrasyonda ilaç ve beslenme solüsyonları vermek için imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateter silikondan veya poliuretendan imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateterin uzunluğu 20 cm üzerinde olmalıdır.
4. Kateter röntgen filmi ile görüntülenebilmeli.
5. Kateter ucu atravmatik olmalı, kateter vücut ısısında yumuşamalıdır.
6. Kateter distal ucunda serum setinin bağlanmasını sağlayan uzatması olmalıdır. Serum setine bağlanması için ek bir cihaza ihtiyaç olmamalıdır.
7. Kateter üzerinde derinliğin belirlenmesini sağlayan işaret bulunmalıdır.
8. Kateter steril olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi , son kullanma tarihi belirtilmelidir.
10. Yenidoğan kliniğinde çalışan bir uzman tarafından uygunluğunu değerlendirmek üzere 2'şer adet numune teslim edilmelidir.

Murat GÜROV  
Uzman

12/05/20  
Ağrı Sütcübaşı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Meryem YILDIZ KORKUT  
Neonatoloji Uzmanı  
Dip. No: 11002 Tescil No: 136857