



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 730  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : 3 KALEM KÜVÖZ YATAK TAKIMI ALIMI  
Dosya Id : 2338

01.06.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.06.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FANEM MARKA KÜVÖZ YATAK TEPSİSİ			1	Adet		
2	ERTUNÇ ÖZCAN MARKA KÜVÖZ YATAK TEPSİSİ			15	Adet		
3	TENDE MARKA KÜVÖZ YATAK TEPSİSİ			14	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KUVÖZ YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kuvöz Yatağı hastanemizde bulunan TENDE marka VAV-M model kuvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemede kullanılacak materyal kuvöz için tasarlanmış süngerden yapılmış olmalıdır.
- 3-Sıvı geçirmesine engel olmak için üzeri bakteri barındırmayan su geçirmez kumaşla kaplı olmalıdır.
- 4-Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.
- 5-Yatak ebatları TENDE marka VAV-M model kuvözlere uygun olmalıdır.
- 6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 7-Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 8-Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

Sadullah Kalkan DOĞAN  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

Sorumlu  
Mevcut Gözetim  
Uygun

Jens Jans  
Reyhan Aslan Başar

AĞRI DEVLET HASTANESİ - AĞRI DEVLET  
HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ  
05/05/2020 14:13 - 57212153-000-2572



00117376712

## KÜVÖZ YATAK TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kuvöz Yatak takımı hastanemizde bulunan FANEM marka INFANT INCUBATOR-1186 model kuvözlere uygun olmalıdır.
2. Malzemede kullanılacak yatak takımının yatağı materyal kuvöz için tasarlanmış süngerden yapılmış olmalıdır.Sıvı geçirmesine engel olmak için üzeri bakteri barındırmayan su geçirmez kumaşla kaplı olmalıdır.Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.Yatak ebatları FANEM marka INFANT INCUBATOR-1186 model kuvözlere uygun olmalıdır.
3. Yatak takımı kuvöz içine kolay monte edilebilir olmalıdır.
4. Yatak takımı yatak,tepsisi ve kuvözün içine monte edilebilen diğer aparatları ile birlikte verilebilecektir.
5. Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketle teslim edilmelidir.
6. Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

Sadullah ~~...~~ DOĞAN  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

Sermin  
Ulusal GÖRÜŞ  
...

Jerris den  
Peyla Ashu Dong  
...

AĞRI DEVLET HASTANESİ - AĞRI DEVLET  
HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ  
05/05/2020 14 10 - 57212153-000-2570  
00117376248

## KUVÖZ YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kuvöz Yatağı hastanemizde bulunan ERTUNÇ ÖZCAN marka babynest-İ700 model kuvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemede kullanılacak materyal kuvöz için tasarlanmış süngerden yapılmış olmalıdır.
- 3-Sıvı geçirmesine engel olmak için üzeri bakteri barındırmayan su geçirmez kumaşla kaplı olmalıdır.
- 4-Kolay silinebilir veya yıkanabilir olmalıdır.
- 5-Yatak ebatları ERTUNÇ ÖZCAN marka babynest-İ700 model kuvözlere uygun olmalıdır.
- 6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 7-Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 8-Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

Sadıllah Furkan DOĞAN  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

Sarıhan  
Mustafa Gökçen  
MGG

Deris Ser.  
Ayhan Aslan Tunç

AĞRI DEVLET HASTANESİ - AĞRI DEVLET  
HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ  
05/05/2020 14:11 - 57212153-000-2571



00117376478