



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 745  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Cerrahi Delici Motor Tamiri  
Dosya Id : 2387

12.06.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.06.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	CERRAHİ DELİCİ MOTOR TAMİRİ			1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satın Alınmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KESİCİ DELİCİ MOTOR BAKIM ONARIMI

KESİCİ VE DELİCİ MOTORUN ÜST DÖNGÜ MEKANİZMASI , MOTOR KÖMÜRÜ, MOTOR BAŞI TIKACI VE MOTOR BATARYA PİNİ DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR

BU İŞLEM YAPILIRKEN KESİCİ VE DELİCİ MOTORUN İŞLEVİ DEĞİŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR.

BATARYA DEĞİŞİMİNDE PİN ENGEL OLMAMALI.

PARÇALAR HEPSİ ORJİNAL OLMALI.

MOTORUN ÜST DÖNGÜ MEKANİZMASI ÇALIŞIRKEN FAZLA SES YAPMAMALI.

TAM ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLMELİDİR.

~~Firat DURAK~~  
~~Ağrı Devlet Hastanesi~~  
~~Biyomedikal servisi~~