

HİDROJEN PEROKSİT SOLÜSYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Teklif edilen ürün, Hidrojen peroksit ve perasetik asit kombinasyonu içeren hazır kullanım solüsyonu şeklinde olmalı, içeriğinde anti mikrobiyal etkili başka bir madde bulunmamalıdır. Dezenfeksiyon vedurulama işleminden sonra aletin kullanımını kısıtlayıcı herhangi bir toksik madde içermemelidir.
- 2- Kullanım sırasında çözeltide renk değişikliği olmamalı, tortu bırakmamalıdır; rahatsız edici koku, solunum yolu irritasyonu gibi kullanıcıya zarar veren özellikleri bulunmamalıdır.
- 3- Önerilen kullanım konsantrasyonu en fazla 5 dakikada yüksek düzey dezenfeksiyon sağlamalıdır. Buetkinliği kanıtlayan akredite laboratuvar raporları ve laboratuvarın akredite olduğuna dair belge olmalı. Bubelgeleri ihaleden sonraki bir iş günü içerisinde başhekimlik malzeme planlama birimine teslim etmelidir.
- 4- Dezenfeksiyon tankına alındıktan sonra, mikrobisidal etkinlikte azalma olmadan önerilen kullanım süresiboyunca kullanılmalıdır.
- 5- Dezenfeksiyon tankına alındıktan sonra, solüsyonun mikrobisidal etkinliğin devam ettiği kanıtlanmış olansüre (gün olarak) ve kullanım sayısı belirtilmelidir. Bunu belgeleyen raporları ihaleden sonraki bir iş günü içerisinde başhekimlik malzeme planlama birimine teslim etmelidir
- 6- Önerilen yöntem uygun şekilde, doğru konsantrasyon ve doğru sürede kullanıldığı halde beyan edilensüre ve kullanım sayısı tamamlanmadan mikrobisidal etkide yetersizliğin belgelenmesi halinde yüklenicifirma zararı tazmin etmenin yanısıra, ürünü teknik şartnameye uygun ve etkili bir ürün ile değiştirmelidir.
- 7- Teklif edilen ürün, 5 litreyi geçmeyen orijinal kapaklı özel ambalajında olmalıdır.
- 8- Ürün birlikte dezenfektan etken madde yoğunluğunu saptayan " test stripleri" olmalıdır, yüklenici firmaher 1 litre ürün için 1 test sribini bedelsiz vermelidir.
- 9- Katılımcı firmalar, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunelerini ihalesaatinden bir saat öncesine kadar teslim etmiş olmalıdır.

Ömer AKDEMİR
Depo Sorumlusu
9.

Dr. Beşir BAĞCI
Ağrı 112 Personel Sorumlusu
Dip. No: 112012

Dr. Yücel F. KUPAL
Ağrı 112 Köy Sağlık Merkezi
Dip. Tescil No: 176922