



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 765
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 3 Kalem Kirschner Teli Alımı
Dosya Id : 2451

24.06.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.06.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUVAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Mahn/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 1,8 MM	OR5090		40	Adet			
2	KIRSCHNER TELİ 310 MM - ÇAP1,6 MM 290 MM	OR5090		40	Adet			
3	KIRSCHNER TELİ 290 MM - ÇAP 2,0 MM	OR5090		40	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								

KIRSCHNER TELLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL HÜKÜMLER

1. Tedarikçi Firma imal edilmiş ürünün kullanımına uygun olup olmadığını yapılan test ve deney sonuçlarını daha önceden yapılmış olan uygulama sonuçlarını içeren ana kayıtları talep edildiğinde göstermek zorundadır.
2. İmplantlar orijinal ambalajında ürün boyutsal özellikleri yazılı NON steril olarak teslim edilmelidir.
3. İhalede satın alınan malzemeler kullanımı tamamlanıncaya kadar lüzumu halinde istenen boylar değiştirilecek ve bu konuda ihaleye giren firmalar ve üretici veya ithalatçı tarafından değişimini kabul ve taahhüt edilecektir.

B. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. İmplantlarla kullanılan ASTM F 5832-1 standardındaki AISI 316 kalite Krom Nikel çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 290 mm boyunda ve değişik çap ölçülerinde olmalıdır. Uç kısmı isteğe ve kullanım yerine göre Trokar uçlu olarak imal edilmiş olmalıdır.
3. Teller non steril olarak verileceğinden korozyona karşı polisajlı ve parlak yüzeyli olarak üretilmiş olmalıdır.
 - 1- Teklif edilen malzemeler yerli olacaktır
 - 2- Teklif edilen malzemelerin tıbbi cihaz yönetmeliklerindeki sınıflarına göre CE işareti ile ilgili olarak
 - a) Onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş tam kalite güvence sistemi ile ilgili EC sertifikası
 - b) CE işareti uygunluk beyanı.

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİF SAATİNDEN 1 SAAT ÖNCE UYGUNLUK ALMAK ZORUNDADIR.

Op. Dr. Hakan ÖZBAY
Dip. Tes. No: 169700
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Mehmet ÇETİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 169271 Uzm. Tes. No: 135594
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Oktay POLAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 13502 Uzm. Tes. No: 134054
Ağrı Devlet Hastanesi