



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 786
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Kombi Tüp Alımı
Dosya Id : 2527

09.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.07.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KOMBİ TÜP	yok		5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Arbarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilmelidir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KOMBI TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Tüp larengoskop gerekmeden entübe edilebilmelidir.
3. Set içerisinde endotrekeal tüp 2 adet hazır çekili şırınga ve aspirasyon için aspirasyon kateteri bulunmalıdır.
4. Mide sıvılarının solunum esnasında respiratör tarafından aspire etmesini önleyen bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Kaflardan biri larenks/farenkste diğeri ise konuma göre özefagus veya trekeada şişmelidir.
6. Pilot balonlar üzerinde numara ve kaç ml şişirilmesi gerektiği yazılı olmalıdır.
7. Tüp üzerinde dışların gelmesi gereken bölge çift siyah çizgi ile belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüpün uç kısmı açık olmalıdır.
9. Bir numaralı balon 100 ml, iki numaralı balon 15 ml şişme kapasitesine sahip olmalıdır.
10. Her bir paket içerisinde bir adet set bulunmalıdır.
11. Setin içerisinde ventilatöre bağlantı için T parça bulunmalıdır.
12. Tüp yerleştirildikten sonra tüpün konumuna göre 1 veya 2 numaralı tüp trekea tüpü diğeri ise aspirasyon tüpü olarak çalışmalıdır.
13. Üzerinde No:1 yazan pilot balon no:1 yazan tüpü, üzerinde No:2 yazan pilot balon no:2 tüpü şişirmelidir.
14. Tüpte iki kaf arasında en az 4 adet havalandırma deliği bulunmalıdır.
15. No:1 yazan pilot balon farenkste No:2 yazan balon distal uçta şişmelidir.

Uzm. Dr. Melih ÇAMCI
Ağız Tıp Uzm. Ağrı D.H.
Dip. Tes. No: 138335 Uzm. Tes. No: 138335