



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **(DEFİBRİLATÖR) EXTERNALPACE MAKER PAD CİHAZ BAŞI MALZEMESİ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/07/2020** tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	(DEFİBRİLATÖR) EXTERNALPACE MAKER PAD CİHAZ BAŞI	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Mehmet ALACA
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı yolu üzeri 5.km

Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: anil.bintepe@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 72a83e63-138e-41da-a16a-a30a5d831534 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Anıl BİNTEPE

SAĞLIK TEKNİKERİ

Telefon No: (0 472) 312 60 47

DEFİBRİLATÖR EXTERNAL PACE MAKER ŞARTNAMESİ

ExternalPace Maker Pad'i;

- 1- NihonKohden, phillips ve BexenCardiodefibrilatörlerle uyumlu olmalıdır.
- 2- Padler cihazın ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olarak çalışacak olup hiç bir şekilde temazsızlık olmamalıdır.
- 3- Padler orijinal paketinde kapalı ve disposable olmalıdır.
- 4- Padler aynı hastada deforme olmadan uygulama sürecince sorunsuzca kullanılabilir.
- 5- Padler kendinden kablolu olmalıdır.
- 6- Padler hasta vücuduna iyi temas etmelidir.
- 7- Padlerin kullanım miadı en az 2 (iki) yıl ve üzeri olmalıdır.
- 8- Padler hem OED, hem de pace için kullanılabilir.
- 9- Son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala uzun miadlı malzemelerle (fiyat farkı ve ek bir maliyet talep edilmeden) değiştirilmelidir.
- 10-Malzemeler birimde mevcut olan yukarda belirtilen defibrilatörlere firma ve muayene komisyonu tarafından numune üzerinden değerlendirme yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.
- 11-Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer alacak cevaplar orijinal katalog ve dokümanlar üzerinde işaretlenecektir. Verilen cevaplar orijinal katalog üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeyecektir

Uzm.Dr.Mehmet Ali GOSTACIOĞLU
Acil Tıp Uzmanı
Dip.Tes.No 771885
Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi

GENEL HUKUMLER

- 1-Firmalar, malzemelerin teknik Şartnamesine uygun olduğunu tek tek katalog (broşür veya kullanım klavuzu) üzerinde işaretleyerek numune teslim tutanaklarıyla birlikte ihale komisyonuna vereceklerdir. Ayrıca; ihaleyi kazanan firma ilk teslimat sonrasında Muayene Kabul Komisyonuna da teknik şartname maddelerinin işaretlendiği katalogdan verecektir.
- 2-TITUBB kaydı olmalıdır. Kapsam dışı olanlar bunu belgelendirmeli ve ihale Komisyonuna sunmalıdır.
- 3-Malzemelerin paketlerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği, marka veya üretici firma adı olmalıdır. Ambalaj üzerinde kaç adet olduğu yazılmalıdır.
- 4-Teknik şartnamede aksine bir hüküm olmadıkça, malzemeler teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır. Firma teslimat sonrası hastanede bulunan ve son kullanma tarihine üçay kalan malzemeleri uzun miadlı malzemelerle (fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden) değiştirecektir.
- 5-Teklifveren firma, bir adet orijinal numune vermelidir, (Numuneler klinik tarafından denenecektir.)
- 6-Malzemelerin ambalajları sağlam olmalı, yırtık delik olmamalı, istiflemeye uygun olmalıdır.
- 7-Üretim tarihi ile son kullanma tarihleri arasındaki süre 1 yıl olan malzemelerde miad en az 10 ay olmalıdır.

Uzm Dr. Mehmet Ali POSTAÇIOĞLU
Acil Tıp Uzmanı
Diyadin 12.12.2014
Diyadin Dr. Yusuf Eryılmaz
Devlet Hastanesi