

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2020/47
KONU : Teklife Davet

14/08/2020

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 18.08.2020 tarih saat 11:30'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	İdrar Torbası	Adet	1.000		
Toplam					

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 18.08.2020 tarihi saat 11:30 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları a lıma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarerezin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- Alıma konu malzemelerin ödemesi mevcut ödenek durumuna göre 180 takvim günü içerisinde ödenecektir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

**İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Yumuşak ve Tıbbi PVC'den üretilmiş plastik olmalı en az 2000 cc kadar hacimde olmalı ve torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı.
2. Torba 50 ml aralıklarla derecelendiriliş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda olmalı.
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı.
4. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalı.
5. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemeli.
6. İdrar torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı.
7. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı.
8. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı, konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı ve kendiliğinden çıkmamalı,
9. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı.
10. Örnek alma portu olmalı.
11. Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumundan geçerken hortumun ve torbanın etker maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı.
12. Hortumun uzunluğu en az 75 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortumun gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalı.
13. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı.
14. Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı,
15. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Teklif edilen üründen en az 1 (bir) adet numune ihale esnasında sunulmalıdır.


Ebuğraş Güneş
Tatlıcaay İnce Dental Hastanesi


Mertkan ALAĞALI
Eczacı
Tatlıcaay İnce Dental Hastanesi