



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SAİN ALMA BİRİMİ
25/08/2020 14:39 - 36472700-941-467



Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : GAMBRO MARKA DİYALİZ CİHAZI İÇİN YEDEK PARÇA ALIM
Dosya Id : 2697

8.25.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.08.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI GÜÇ KAYNAĞI			1	Adet		
2	HEMODİYALİZ CİHAZI CONTROL CPU BOARD			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTİKLAL MAH.04600

ELEŞKİRT/AĞRI

Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963

E-Posta: satinalmaeleskirdh@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Suat ÇETİN -
canardacan@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
GAMBRO MARKA DİYALİZ CİHAZIMIZA
2 KALEM YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAM

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
25/08/2020 14:39 - 36472700-941-467



CONTROL CPU BOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 220v akım ile çalışabilmelidir.
- 2- Gambro marka AK96 model ve 3.10 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
- 3- Teklif edilecek ürünün parça kodu K40270002 olmalıdır.
- 4- EEpromları takılabilir olmalıdır.
- 5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
- 6- Hem alternatif akımda hem de direkt akımda sorunsuz çalışabilmelidir.
- 7- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 220v akım ile çalışabilmelidir.
- 2- **Gambro marka AK96 model cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.**
- 3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40281002 olmalıdır.
- 4- İki adet koruyucu sigorta yuvasına sahip olmalıdır.
- 5- Ürün üzerinde koruyucu topraklama testi yapılabilir.
- 6- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
- 7- Hem alternatif akımda hem de direkt akımda sorunsuz çalışabilmelidir.
- 8- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

25.08.2020

Ergül YAMAN
Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Hemşiresi