



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 1 **VİCRLY(YUVARLAK 50ML 75CM) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.09.2020 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK

İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	VİCRLY(YUVARLAK 50ML 75CM)	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Mehmet ALACA

Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

2. İPARKI Cihazın İsmi İSOM İSOM

- 1- Malzeme içeriği Polyglactin 910 olmalıdır.
- 2- İçerik %90 Glikolik Asit ve %10 L-Lactid kopolimerlerinden oluşmalıdır. Yada belirtilen oranlara yakın oranlardan oluşmalıdır.
- 3- Kaplaması poly-glycolide-L-lactide ve calcium stearat olmalıdır
- 4- Kaplaması sütün üzerinden sıyrılmamalıdır.
- 5- Sentetik ve multiflament yapıda olmalıdır.
- 6- Emilim süresi 56-70 gün olmalıdır
- 7- Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonu U.S.P. (United States Pharmacope) ve E.P. (European Pharmacope) uygun olmalıdır.
- 8- Sentetik multiflament absorbable cerrahi iplik cerrahi iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek şekilde paketlenmiş olmalı, iğne tutulup çekildiğinde iplik tek hamlede poşetten düz bir biçimde çıkmalı, iplik poşetten çıktığında kıvrımlar minimum olmalıdır. İplik paketten çıkarken düğüm olmamalıdır.
- 9- Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik steril olmalıdır.
- 10- Birim ambalajı kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı steril ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde yapıştırmalı etiket ve sticker kesinlikle olmamalı, ürün ile ilgili açıklayıcı bilgiler steril iç ambalaj üzerine basılı olmalıdır. Ürünlerin kutuları üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
- 11- İğne boyu 10mm'nin üzerindeki için +/- % 10 tolerans tanınmalıdır. Sütün boyu 45cm üzerindeki için +/- %10 tolerans tanınmalıdır.
- 12- Sütün iğnesi kıvrılmaya yada bükülmeye karşı dayanıklı olması için özel alaşımli 455 çelikten imal edilmiş olmalı ve min. %8 max. % 12 oranında NİKEL, min. %11-max. %20 CROM ve %0,15 karbon ihtiva etmelidir. dokudan atravmatik geçiş yapabilmesi için silikonize olmalıdır.
- 13- İğne iplik birleşimi Lazer Drill teknolojisi ile yapılmış olmalı ve deklarasyonu mutlaka yapılmalıdır.
14. Ürünlerin ambalajları her aşamada cihaz kullanımına gerek duyulmaksızın elle kolaylıkla açılmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.
 - . iğne cinsi, adedi ve mm olarak iğne boyu
 - . iğne büyüklüğü I/1 oranında
 - . sütün kalınlığı (E.P. ve U.S.P. olarak), uzunluğu ve rengi
 - . steril ibaresi ve sterilizasyon metodu
 - . her poşetin üzerinde CE logosu olmalı
- 15- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 16- İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune vereceklerdir. Numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir.

(Handwritten signature)