



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

08.09.2020

Sayı : 845
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Medtron CT Model Cihazı Uyumlu Pompa Enjektörü Alımı
Dosya Id : 2783

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.09.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Medtron CT Model Cihazı Uyumlu Pompa Enjektörü			500	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satin Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

POMPA ENJEKTÖRÜ (MEDTRON CT MODEL CİHAZ UYMLU)

- 1- Enjektör şeffaf yapıda olmalı, içerisindeki hava rahatlıkla görülebilmelidir. İçerisinde ki havanın görünmesine engel olacak mat yapıda ki şırıngalar kabul edilmeyecektir.
- 2- Enjektörler steril paketler halinde olmalı, muhteviyatında 1 adet 200 ml'lik enjektör, 1 adet 150 cm'lik ara uzatma hattı ve j tipi kolay doldurma aparatı bulunacaktır.
- 3- Enjektörler en az 300 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 4- Medtron marka CT model cihazın şırıngası ile uyumlu olmalıdır. Linelar yapısal kalibrasyon hatasına neden olmamalıdır.
- 5- Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.
- 6- Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içindeki opak madde olsa bile çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.
- 7- Firma ihale sonuçlanmasından itibaren 48 saat içinde ürünü teslim edecektir.
- 8- ÜTS kaydı olmalıdır.
- 9- Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
- 10- Firmalar denenmek üzere 1(bir) adet numune teslim edeceklerdir. Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Firma Adı:
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Şefik Pala