



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 846  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : KBB Muayene ve Tedavi Ünitesi Koltuğu Alımı  
Dosya Id : 2781

08.09.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.09.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KBB ÜNİTLERİ, KBB MUAYENE VE TEDAVİ ÜNİTESİ KBB KOLTUĞU			3	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KBB KOLTUĞU

**KAPSAM;TEKLİF VEREN FİRMA KOLTUĞU HASTANEMİZE TESLİM EDİP KURULUMU FİRMA PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.KURULUMU YAPMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.**

Bu şartname firmamızın 'KBB Koltuğunu' kapsamaktadır.

### TEKNİK ÖZELLİK;

KBB Koltuğu aşağıdaki boyutlarda (+ / - ) 5 cm toleranslarında üretilmelidir.

Koltuğun ölçüleri En ( cm ) : 65 cm Boy ( cm ) : 165 cm Yükseklik ( cm ) : 50 cm

Ağırlık : 90 kg. ebatlarında olmalıdır.

### İSTEK VE ÖZELLİKLER;

- 1- KBB koltuğunun ana gövdesi devrilmelere karşı güvenli taban genişliğine sahip olmalı, istenildiği takdirde yere sabitlenebilir olmalıdır.
- 2- Koltuğun başlık hareketi fonksiyonel olmalı, istenilen konuma ayarlanır olup her konumda sabitlenir olmalıdır.
- 3- Koltuk sırt kısmı anatomik yapıda olup sırt hareketleri el kumandası ile hareket edebilir olmalı, istenilen pozisyonda durdurulabilmelidir.
- 4- Koltuk yukarı,aşağı hareketleri el kumandası ile yapılır olmalı ve her konumda durdurulabilir olmalıdır.
- 5- Koltuk programlı en az 4 hafızalı olmalı ve her hafıza ayrı konumda programlı olabilmelidir.
- 6- Koltuk DEMO programına sahip olmalıdır.
- 7- Koltuk 24 V çıkışlı devre olmalıdır ve devre elektronik ve dayanıklı olmalıdır.
- 8- Koltuk hastanın rahat oturabilmesi için sağ kolçak hareketli olmalıdır.
- 9- Koltuk limit alt seviyede oturak dahil 50+(-)5, limit üst 85+(-)5 seviyede çalışır olmalıdır.
- 10- Koltuk iniş kalkış için motor gücünü hafifletmesi için iki amortisörle güçlendirilmeli ve en az 300 kg.kaldırabilmelidir.
- 11- Koltuk hareketleri tek tuş ile ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir.
- 12- KBB koltuğu fabrikasyon hatalarına 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 13- CE ve ISO 9001-2015 Belgeli olmalıdır.

### TESLİMAT ( AMBALAJLAMA VE SEVKİYAT );

Her bir ürün ambalajlanmış veya kolilenmiş olmalıdır.

**FİRMA DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu

AGRI DEVLET HASTANESİ  
Ulusal Kurum Sağlık Hizmetleri  
Uzm. Dr. Ayhan İSMAİL OĞLU  
Uzun. 1.5.2015 12:12