

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/465  
KONU : Teklife Davet

10.09.2020

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ACİL GÖZ DUŞU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13.09.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	ACİL GÖZ DUŞU ALIMI	1	ADET		
2					
3					
4					
5					
6					

UYGUNDUR

10/09/2020

Dr.Vedat ARSLAN  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**TC SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Diyadin Devlet Hastanesi**  
**ACİL GÖZ DUŞU ŞARTNAMESİ**

1. Sterilizasyon da ki personelin farklı dezenfekte ve kimyasallar ile işlem yaparken gözlerine sıçrayan sıvıları hızlı, rahatlıkla ve steril olmayan ellerini kullanmadan yıkamasını sağlaması için dizayn edilmiş olmalıdır. Kimyevi ürün bulunan ortamlarda göze sıçrayan yabancı malzemelerin hızlı bir şekilde el kullanılmadan yıkanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
2. Ürünün haznesi, tesisat aksamı tüm bağlantı malzemeleri dâhil tüm aksamlar 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Gözler yıkanırken oluşan atık suları yere sıçramadan toplayacak ve drenaja yollayacak çapı 320 mm ve derinliği en az 60 mm olan haznesi olmalıdır.
4. Hazne üzerinde musluk açıldığında iki göze birden su akışı sağlayan " U " şekli verilmiş, filitreli su çıkışı bulunmalıdır.
5. Su çıkışlarının üzerlerinde, ünitenin kullanılmadığı zamanlarda su çıkışlarının üzerine toz vb. partiküllerin yapışmaması için musluğa paslanmaz zincirler ile bağlı plastik kapaklar olmalıdır.
6. Su akışını el ile göz kapalıyken bile rahatlıkla açıp kapatılabileceği paslanmaz plakadan kontrol ünitesi olmalıdır.
7. Duvara monte edilebilmelidir.
8. Ebatları 320 x 320 x 220 mm olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünler orijinal paketlerinde ve hiç kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
10. Hastane ekipmanların imal edildiği paslanmaz çelikler AISI/SAE 304 kalite paslanmaz sac olacaktır. Bu husus ihale tarihinden önce ki ilk bir ayı kapsayacak şekilde akredite edilmiş yurtiçi laboratuvarlarından alınan belge ile belgelendirilecektir ve ihale evraklarında sunulacaktır.
11. Ürünler İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantili olacaktır
12. Üretici firma, TSE tarafından verilmiş "Hizmet yeterlilik belgesi" ne sahip olmalıdır. Kapsamında "TS 13005 (24.04.2003) Yetkili servisler-Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanları İçin-Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren" ibaresi ve "TS 12426 (19-02-2002) Yetkili servisler-Tıbbi cihazlar İçin-Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren(Medikal Cihazlar İçin)" ibareleri olacaktır./olmalıdır.
13. Üretici firma,(TURKAK Onaylı) ISO 9001:2015 seri kalite yönetim belgesine sahip olmalıdır. "Paslanmaz Çelikten Mamul Endüstriyel Mutfak Ekipmanları ve Cihazları Tıbbi Ekipmanlar ve Hastane Demirbaşları Tasarımı ve Geliştirilmesi, Üretimi ve Montajı" ibaresi olmalıdır.
14. Üretici firma, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Üretici firma, ISO 13485:2016 medikal cihazlar kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
16. Firma, ürünün varsa periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa firma bunu yazılı olarak sunmalıdır.
17. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.
18. Firmalar gerektiği takdirde teklifleri ile birlikte tanıtım numunelerini de ilgili bölüme göstermek ve ilgili kişilerden uygunluk almak üzere getireceklerdir. Numuneler üzerinde şartnamede istenen tüm teknik özellikler aranacak İstenen teknik özellikleri sağlayamayan, işçiliği kusurlu bulunan ya da istenenin dışında kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
19. Ünite garanti süresinin bitiminden itibaren ücreti karşılığı olarak, yedek parça temini ve bakımı için 10 (on) yıl. Cihazın üretiminin sonlanması halinde, sonlanmasını takiben 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça garantisi altında olacaktır. Firmalar bunu ihale dosyasında taahhüt edecektir. Firma teklifini verirken, garanti kapsamı dışı hızlı devreden yedek parçaların ve sarf malzemelerin, ileriye dönük döviz bazında 10 yıl süreli yedek parça ile sarf malzeme fiyat listelerini de verecektir.

**Güven ÇELİK**  
Taşınır Kurum Yetkilisi

*Sanat Sanayii*  
*Jad*