



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

13.10.2020

Sayı : 888
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Merkezi Sistem Priz Contası Alımı
Dosya Id : 2945

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.10.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------|-----|---------|--------|-------|-------|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Sut Kodu | UBB | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | MERKEZİ SİSTEM PRİZ CONTASI | | | 500 | Adet | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden
.../.../2020


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MERKEZİ SİSTEM OKSİJEN,AZOT VE HAVA PRİZ CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Merkezi sistem oksijen, hava, vakum ve azot prizlerine uygun olmalıdır.
2. Prizlere kolayca monte edilmelidir.
3. Conta takıldıktan sonra kaçak olmamalıdır.
4. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edilebilecektir.
5. En iyi kalitede olmalıdır.
6. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.



Fırat DURAK
Aşrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu