



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

13.10.2020

Sayı : 886
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ YIKAMA EVYESİ ALIMI
Dosya Id : 2946

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.10.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							Fiyat	Tutar
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi			
1	ENDOSKOPİ-KOLONOSKOPİ YIKMA EVYESİ			2	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Halil GÖDELEK

T. C SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2020 YILI GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ 1 KALEM, 2 ADET TIBBİ SARF
MALZEME DOĞRUDAN TEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1—ENDOKOPİ-KOLONOSKOPİ YIKAMA EVYESİ

- 1- Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
- 2- 150 cm uzunluğunda, 100 cm yüksekliğinde ve 70 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Bir adet dezenfeksiyon amaçlı, 1 adet endoskop havuzlama ve süzme amaçlı olmak üzere 2 bölmeli olmalıdır.
- 4- Dezenfeksiyon ve havuzlama bölmelerinin uzunluğu 60 cm, genişliği 55 cm, derinliği 30 cm olmalıdır.
- 5- Alt kısmında sürgülü kapak (2-4 kapak) olmalıdır.
- 6- Zemine göre ayarlanabilir paslanmaz yapıda ayaklar olmalıdır.
- 7- Dezenfeksiyon ve havuzlama bölmeleri arasında duş bataryası olmalıdır.

Bayram YEŞİL
Uzm. Dr. Bayram YEŞİL
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji
Dışi. Tes. No. 136309