



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.10.2020 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD	ADET	6		
2	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU -YETİŞKİN	ADET	10		
3	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU	ADET	10		
4	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	ADET	10		
5	HASTABAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
**Dt Turan SAYDAM**  
İlçe Sağlık Müdürü  
**Başhekim V.**  
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30  
e-Posta: met Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER  
Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 846d3677-f590-485e-bf3d-7306a1248568 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1) Mindray Hastabaşı Monitör için EKG Kablosu Teknik Şartname

1. Mindray Marka Beneview T5 Model Hastabaşı Monitör Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kablonun UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerindeki markayı belirten etiket bulunmalıdır.
4. Kablo leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
5. EKG uç kabloları kasaç tipinde olmalıdır. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı; kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır.
6. EKG Kablosu 3 veya 5 leadli olmalıdır.
7. Kablo dağılımını önlemek ve kullanım kolaylığı açısından kabloların üzerinde çift bant bulunmalıdır.
8. Kablo gövdesinde hasta bağlantı şemasını gösteren etiket bulunmalıdır.
9. Kabloların leadleri en az 60 cm olmalı, toplam kablo boyu en az 3,40 mt. olmalıdır.

2) Mindray Hastabaşı Monitör SPO2 Ara Kablosu

1. Kablo Mindray Marka Beneview T5 Model Hastabaşı Monitörüne uyumlu olmalıdır.
2. Kablo en az 2 mt. olmalıdır.
3. Ürünün cihaza giriş kısmı ve spo2 prob giriş kısmı ekstra korumalı olup kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara dayanıklı olmalıdır.
4. Kabloda prob kırılma mekanizması bulunmalıdır.
5. Kablo cihaz giriş soketi dişli yapıda olmalı diğer soket yuvalarına oturmemelidir.
6. Kabloların UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerinde markayı belirten etiket bulunmalıdır.

3) Mindray Hastabaşı Monitör Pulseoksimetre Probu Teknik Şartnamesi

1. Prob reusable olmalıdır.
2. Problar perimaktan ölçüm almak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Prob Hastanemizde kullanılan Mindray Marka Beneview T5 Hastabaşı Monitörü ile uyumlu olmalıdır.
4. Prob yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
5. Probu UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerinde markayı belirten etiket bulunmalıdır.

4) Mindray Hastabaşı Monitör NIBP Manşonu Yetişkin Teknik Şartnamesi

1. Ürün reusable olmalıdır.
2. Manşon tek hortumlu olmalıdır.
3. Ürün yetişkin hasta için kullanıma uygun ve — ölçülerde olmalıdır.
4. Manşon ara bağlantı konnektör ile birlikte verilmelidir.
5. Manşon bağlantısı sırtırtı olmalıdır.
6. Kolay temizlenebilir olmalı.
7. Lateks içermemelidir; manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Arter noktası manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Manşon boyları : Large Adult : 33-47 cm

Adult : 25-35 cm

Child : 18-26 cm

Infant : 10-19 cm

Neonatal : 6-11 cm

5) Mindray Hastabaşı Monitör NIBP Hortumu

1. Tansiyon Hortumu Mindray Marka Beneview T5 Hastabaşı Monitörü ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu en az 3 m. Olmalıdır.
3. Kabloların UBB kaydı bulunmalıdır.