



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 893
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Kanister Kavanozu Alımı
Dosya Id : 2971

16.10.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.10.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KANİSTER KAVANOZU			100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KANİSTER KAVANOZ BAĞLANTI HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanister en az 3000 cc lik şeffaf olmalıdır.
2. İki versiyonda vakum üreten tesis veya ekipmanı koruyan ,antireflü, hidrofobik ve antibakteriyel bir filtre ile donatılmalıdır. Bu filtre , kap dolu iken aspirasyonu durduran bir taşıma valfi olarak da işlev görmelidir.
3. Kırılma çatlama karşı dayanıklı antibakteri üretmeyen yapıda olmalıdır .
4. İki versiyonda aspirasyon hattına ve hastaya bağlantıyı sağlayan portları ile donatılmış olmalıdır.
5. Kanister hastanenin elinde bulunan torbaya uyumlu olmalıdır.
6. Kanister torbaya giden bağlantı hortumu olması gerekir.
7. Teklifi veren firma tarafından kurulumu yapılmalıdır.
8. 1 adet numune gönderilmelidir.
9. Muayene kabul de beğenilmediği takdirde hiçbir sebep gösterilmeksizin iade edilebilir.


FİRALDURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu