



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 896
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Cerrahi Delici Motor Alımı
Dosya Id : 2977

19.10.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.10.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	CERRAHİ ELEKTRİKLİ DELİCİ MOTOR			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CERRAHİ AMAÇLI DELİCİ MOTOR SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cerrahi delici motorlar operasyon sırasında görüşü engellememelidir.
- 135°'de otoklavlanabilmelidir.
- Koaksiyel olmalıdır.
- Sessiz çalışmalıdır.
- Değişebilen hız seçenekleri olmalıdır.
- Portatif olmalıdır.
- Cerrahi motorun hafif olması için motor alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
- Delici motor beraberinde jacops ve anahtarı olmalıdır.
- Delici başı çıkarılıp yerine reamer yada acetabular reamer takılabilmelidir.
- Kışner teli atılabilmelidir.
- Cerrahi motor ve ekleri paslanmaz materyalden üretilmiş olmalıdır.
- Cerrahi delici motorlar şarj edilebilir olmalıdır.
- Cerrahi delici motor beraberinde şarj konsolu ve 1 adet batarya teslim edilebilmelidir.
- Bataryayı kolay çıkarmaya yardımcı aparat olmalıdır.
- Batarya çalışma süresi en az 2 saat olmalıdır.
- Cerrahi delici motorların aparatları kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.
- Aparatların üzerinde üretici firma adı ve adresi, firma logosu, seri numarası ve katalog numarası yazılı olmalıdır.
- Motorda herhangi bir arıza durumunda servis hizmeti verebilmelidir.
- Daha sonraki yıllarda yeni batarya temini yapılabilmelidir.

Op. Dr. Mehmet ÇETİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Çiğ. No: 139271 Uzm. Tes. No: 136594
Ağrı Devlet Hastanesi