T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 23.10.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZE AİT AK95S MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ
Dosya Id : 2961

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.10.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DENGE TANKI DEGASİNG CHAMBER COMPLETE			2	Adet		
2	HEMODİYALİZ VALF MEMBRANI VALVE HOUSİNG			2	Adet		
3	HEMODİYALİZ CİHAZI BASINÇ GÖSTERGESİ PRESSURE TRANSDUCER COMPLETE			4	Adet		
4	HEMODİYALİZ CİHAZI DİYALİZÖR-SIVI HATTI KONNEKTÖRÜ KIRMIZI DIALYSER CONNECTOR SET RED			2	Adet		
5	HEMODİYALİZ CİHAZI DİYALİZÖR-SIVI HATTI KONNEKTÖRÜ MAVİ DIALYSER CONNECTOR SET BLUE			2	Adet		
6	HEMODİYALİZ CİHAZI ASİDİK SOLÜSYON PİPETİ CONCENTRATE INTAKE RED			2	Adet		
7	HEMODİYALİZ CİHAZI BAZİK SOLÜSYON PİPETİ CONCENTRAKTE İNTAKE BLUE			2	Adet		
8	HEMODİYALİZ CİHAZI PİPET PİMİ CONCENTRATE NIPPLE RED			2	Adet		
9	HEMODİYALİZ CİHAZI HİDROLİK HORTUMU SİLİKON 3M CONCENTRATE NIPPLE BLUE			2	Adet		

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

10	HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM KİTİ MAINTENANCE BASEKIT			2	Adet		
						KDV Hariç Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2020
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

BAZİK SOLÜSYON HATTI MAVİ RENKLİ YUVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Mavi renkli olmalı ve bazik solüsyon hattının yuvası için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K17991008 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için conta yuvası olmalıdır.
5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
6- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri
Furkan Özdemir

ASİDİK SOLÜSYON HATTI KIRMIZI RENKLİ YUVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Kırmızı renkli olmalı ve asidik solüsyon hattının yuvası için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K17991007 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için conta yuvası olmalıdır.
5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
6- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri
Furkan Özgümüş

MAVİ BAZİK KONSANTRE KONNEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Mavi renkli olmalı ve bazik hattı için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K17990008 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için en az tek conta olmalıdır.
5- İstenilen ürün kendi hortumu ve filtresiyle beraber takım halinde olmalıdır.
6- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
7- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri

Furkan ÖZDEMİR

KIRMIZI ASİDİK KONSANTRE KONNEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Kırmızı renkli olmalı ve asidik hattı için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K17990007 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için en az tek conta olmalıdır.
5- İstenilen ürün kendi hortumu ve filtresiyle beraber takım halinde olmalıdır.
6- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
7- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri
Erkan ÖZDEMİR

DEGASSING CHAMBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s model cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40273001 olmalıdır.
3- Üç adet sıvı yolu giriş ve çıkışı bulunmalıdır.
4- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalı ve kullanılmamış olduğu fabrikadan alınan tek yetki belgesi ibrazıyla kanıtlanabilmelidir.
5- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Dinyalız Teknikeri

Furkan Özdemir

HASTA KAN HATTI MAVİ RENKLİ KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Mavi renkli olmalı ve ven hattı için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40373001 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için orjinal contası olmalıdır.
5- İstenilen ürün kendi hortumu ve filtresiyle beraber takım halinde olmalıdır.
6- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
7- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri
Fırat Özdemir

HASTA KAN HATTI KIRMIZI RENKLİ KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s 12.20 versiyon cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Kırmızı renkli olmalı ve arter hattı için kullanılabilmelidir.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40374001 olmalıdır.
4- Ürün üzerinde hava ve sıvı kaçakları için orjinal contası olmalıdır.
5- İstenilen ürün kendi hortumu ve filtresiyle beraber takım halinde olmalıdır.
6- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır.
7- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.S

Diyaliz Teknikeri
Erkan Özdemir

ORJİNAL CİHAZ BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s ve AK96 versiyon cihaz ile tam uyumlu parçaları içinde bulundurmalıdır.
2- Orjinal kutu içeriğinde cihaz için gerekli olan tüm filtreler, contalar ve valfler olmalıdır.
3- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40201006 olmalıdır.
4- Teklif verilecek ürünün içeriğinde fabrika tarafından sunulan "instructions manual" bulunmalıdır.
5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalıdır ve içeriğindeki ürünlerin tamamının orjinal fabrikasyon ambalajları olmalıdır.
6- Fatura tarihinden itibaren 1 yıl (kullanıcı hataları hariç) garantisi olmalıdır.

Diyaliz Teknikeri

Furkan Ölçemik

PRESSURE TRANSDUCER KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s model cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K40228003 olmalıdır.
3- Ürün 0mmhg, -500mmhg ve +500mmhg basınç ölçüm aralıklarında çalışabilmeli ve istenildiği takdirde cihaz menüsü üzerinden kalibrasyonları tamamlanabilmelidir.
4- Ürünün kendi montaj haznesi bulunmalı ve montajı yapıldıktan sonra sistem sürücüleri yüklenebilir özellikte olmalıdır.
5- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalı ve kullanılmamış olduğu fabrikadan alınan tek yetki belgesi ibrazıyla kanıtlanabilmelidir.
6- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Dıyalız Teknikeri

Furkan Özdemir

VALVE HOUSING TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Gambro marka AK95s model cihaz ile tam uyumlu çalışabilmelidir.
2- Teklif verilecek parçanın parça katalog kodu K16952A olmalıdır.
3- K40273001 parça koduna tam uyumlu çalışabilmeli ve parça üzerinde orjinal contaları bulunmalıdır.
4- Ürün sıfır (kullanılmamış) olmalı ve kullanılmamış olduğu fabrikadan alınan tek yetki belgesi ibrazıyla kanıtlanabilmelidir.
5- Montaj tarihinden itibaren kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Diyalin Teknikeri

Furkan ÖLDEMİR