


TAM OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (OED) EĞİTİM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. OED eğitim cihazı ilkyardımcılar tarafından OED eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. OED eğitim cihazı standart bir TYD eğitim mankeni üzerinde uygulanabilir olmalıdır.
3. OED eğitimini alan ilkyardımcıların kullanımını kolaylaştırmak ve cihazı tanınmasını sağlamak için eğitim tipi OED ile gerçek OED cihazının aynı görünümüne sahip olması gerekmektedir (tam otomatik eksternal defibrilatör).
4. OED eğitim cihazının üzerinde "eğitim" amaçlı olduğunu belirtir bir yazı olmalıdır.
5. OED eğitim cihazı şok verilen ve şok verilmeyen kardiyak kurtarma senaryolarını eğitmenlerin gösterme ve uygulamasına imkan sağlamalıdır.
6. OED eğitim cihazı metronom sesi ile ilkyardımcıların (göğüs basısını) doğru ve senkronize şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
7. Cihazın taşıma ve kullanım kolaylığı açısından orijinal çantası olmalı, cihaz ve tüm aksesuarları (pil, kumanda, eğitim pedleri, kullanım kılavuzu vs) bu çanta içerisinde taşınabilmelidir.
8. Cihaz mutlaka Türkçe seslendirmeli olmalıdır (yabancı terimler kullanılmamalıdır).
9. Cihazla birlikte; eğitim cihazına uyumlu, biri yedek olmak üzere toplam iki adet orijinal konektörlü ped kablosu verilmelidir.
10. Cihazla birlikte verilecek olan kablo uçlarına kendinden yapışkanlı eğitim pedleri takılabilir olmalıdır.
11. Cihazla birlikte en az 5 adet çok kullanımlık kendinden yapışkanlı eğitim pedleri verilmelidir.
12. Pedlerin üzerinde nereye yapıştırılacağını belirtir işaret bulunmalı ve şekil üzerinde gösterilmelidir.
13. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.
 - Orijinal taşıma çantası 1 adet
 - Pil Seti 1 adet
 - Konektörlü ped kablosu 2 adet
 - Eğitim amaçlı kendinden yapışkanlı ped (apex / sternum) 5 adet
 - Kumanda 1 adet
 - Şarj Aleti 1 adet
14. OED eğitim cihazı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresi bitimini takiben ücreti mukabilinde en az 8 (sekiz) yıl yedek parça temin edilecektir.
15. Garanti süresi boyunca cihaza ait yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
16. Cihazın pili şarj edilebilir olmalıdır.
17. OED eğitim cihazı son güncel Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERCE) kılavuzuna göre tasarlanmış olmalıdır.

Rabia AKTÜRK DEMİR
AABT



Oğuzhan KÖRÖMER
Başhekim

