

### 30° HIGH DEFINITION (HD) TELESKOP

1 ADET

- 1) Teleskop 5.3 mm çapında olmalıdır.
- 2) Çalışma uzunluğu 30 cm olmalıdır.
- 3) Teleskop 30 derece oblik ileri görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- 4) Fiberoptik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 5) Otoklavlanabilmelidir.
- 6) Teklif edilen Teleskop HD (High Definition) özellikte olmalıdır ve High Definition sistemlerle kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır ve Teleskopun üzerinde HD ibaresi yer almalıdır. Bu husus orijinal broşür veya katalog ile ispatlanmalıdır.
- 7) Teleskop tarafından alınan görüntünün dairesel bir görüntü içerisinde alındığında görüntünün kenarlarında gerçekleşen bozulmayı engelleyici "Distortion-Free" özelliği bulunmalıdır. Bu husus orijinal broşür ve katalog ile ispat edilmelidir.
- 8) Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
- 9) Teklif edilen Teleskop, panoramik geniş görüntü veren Panoview Plus teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır ve bu husus orijinal broşür ve katalog ile ispat edilmelidir.

**FİRAT ERDEM**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

Op. Dr. Sümeyye Betül ERDEM  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.  
Drp. Yeri No: 140023  
Ağrı Devlet Hastanesi

### 30° HIGH DEFINITION (HD) TELESKOP

1 ADET

- 1) Teleskop 10 mm çapında olmalıdır.
- 2) Çalışma uzunluğu 30 cm olmalıdır.
- 3) Teleskop 30 derece oblik ileri görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- 4) Fiberoptik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 5) Teleskop 10 mm lik trokarlarla kullanıma uygun olmalıdır.
- 6) Otoklavlanabilmelidir.
- 7) Teklif edilen Teleskop HD (High Definition) özellikte olmalıdır ve High Definition sistemlerle kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır ve Teleskopun üzerinde HD ibaresi yer almalıdır. Bu husus orijinal broşür veya katalog ile ispatlanmalıdır.
- 8) Teleskop tarafından alınan görüntünün dairesel bir görüntü içerisine alındığında görüntünün kenarlarında gerçekleşen bozulmayı engelleyici "Distortion-Free" özelliği bulunmalıdır. Bu husus orijinal broşür ve katalog ile ispat edilmelidir.
- 9) Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
- 10) Teklif edilen Teleskop, panoramik geniş görüntü veren Panoview Plus teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır ve bu husus orijinal broşür ve katalog ile ispat edilmelidir.
- 11) Beraberinde teleskop ile aynı marka sterilizasyon ve saklama sepeti verilmelidir.

**Fırat BURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

Dr. Dr. Sümeyye Betül ERDEM  
Uzm. Dr. Mustafa Murat Doğan Uzm.  
Uzm. Ter. No. 140023  
Ağrı Devlet Hastanesi

**1. 1 adet HD Teleskop :**

Teklif edilecek teleskop aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

1. 30 (otuz) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
2. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
3. Çapı 4 mm. ve çalışma uzunluğu 300 mm olmalıdır.
4. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
5. Fiberoptik ışık transmisyonlu olmalıdır.
6. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
7. Teklif edilen Teleskop HD (High Definition) özellikte olmalıdır ve High Definition sistemlerle kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olmalıdır ve Teleskopun üzerinde HD ibaresi yer almalıdır.
8. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
9. Panoview Plus teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

**F. DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

Doç. Dr. Sema ve Bekir ERDEM  
Ağrı Devlet Hastanesi - ve Doku Uzm.  
Ün. Tel. No: 140023  
Ağrı Devlet Hastanesi