



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 921  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Philips Marka Ekg Cihazı İçin Ekg Kağıdı Alımı  
Dosya Id : 3063

05.11.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULLUVAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	210 MM X 280 MM EKG KAĞIDI Z KATLI			30	Paket		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Teklif edilen ürün,Philips Marka Ekg cihazında kullanıma uygun orijinal ürün olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ürün,Ekg cihazının termal yazıcı bölümüne zarar vermeyecek şekilde yüksek ısı hassasiyetine sahip olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürün, 210 cm eninde ve Z katlama olmalıdır.
- 4-Her pakette 100 adet EKG Kağıdı bulunmalıdır.
- 5-Teklif edilen ürün, çekilen EKG'lerin daha uzun süre saklanabilmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
- 6- Teklif edilen ürün paketlerinin her biri orijinal ambalaj içerisinde olmalı, ambalaj içerisinde marka, üretim bilgileri üretim partiseri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 7- Ürünün CE Belgesi olmalıdır.
- 8-Teklif veren firmanın üretici firmadan aldığı yetki belgesi bulunmalıdır.
- 9- Teklif veren firma istenildiği takdirde numune gönderecektir.

Fırat DURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu