



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 922
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Morg Cenaze Dolabı (9 Adet) Bakım Onarım İşi
Dosya Id : 2521

06.11.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MORG CENAZE DOLABI (9 ADET) BAKIM ONARIM İŞİ			3	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam							

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

**MORG DOLAPLARI 1 (BİR) YILLIK BAKIM-ONARIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi, Morg biriminde bulunan 9 (dokuz) adet cenaze dolabının madde 2'de teknik özellikleri belirtilen ve lüzum müzakeresinde istenilen 1 (bir) yıllık bakım onarım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1 Bu teknik şartname Ağrı devlet hastanesinde bulunan 9 adet cenaze dolabının 1 yıllık bakım onarım işinin **malzemesiz** olarak yapımını kapsamaktadır.

2.2 Bahse konu hizmet alımı, 4 ayda bir olmak üzere 1 yıl içinde 3 defa bakım-onarım işini kapsamaktadır.

Morg dolapları 1300 Watt gücünde 134 R gazlı ve gürçelik markalıdır. Bakım onarım işi yetkili firmalar tarafından yapılacaktır.

2.3 Morg dolaplarında her periyodik bakımda; Kondanser ve evaporatör temizliği, iç fan pervaneleri kontrolü, gaz kaçak testi, elektrik tesisat kontrolü ve dijital termostat parametre ayar kontrolleri yapılacaktır.

2.4 Bakım-onarım esnasında arızalı olan parça tespiti olursa, bu arızalı parçalar teknik servis formunda belirtilecek ve idareye sunulacaktır. Arızalı olan parçalar idare tarafından temin edilecektir. Arızalı parçaların demontaj ve montajı, işi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

2.5 Morg dolaplarında arıza oluşması durumunda, arıza, işi alan yetkili firmaya telefon yada mail yoluyla bildirilecektir. Bildirim yapıldıktan sonra en fazla 3 (üç) saat içinde arızaya müdahale edilecektir.

2.6 Bakım onarım sırasında, çalışacak olan yetkili teknik servis elemanlarının, gerekli olan iş güvenliği kurallarına uyması, işi alan firma tarafından sağlanacaktır.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler ve işler en az 2 yıl garantili olacaktır. Tüm ürünler TSE ve İSO belgeli olacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

