



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 932  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : ENTEGRE BATARYALI LED KAFA LAMBASI ALIMI  
Dosya Id : 3107

18.11.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEADLIGHT(KAFA LAMBASI)			1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ENTEĞRE BATARYALI LED KAFA LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Alın ışığı kafayı üstten ve yandan kavrayan bir baş bandına monte edilmiş batarya ve ışığın çapını ayarlamaya yarayan optik sistemlerden oluşmalıdır.
- 2- Yüksek kalite beyaz ışık ve düşük seviyede ısı veren led sistemine sahip olmalıdır.
- 3- Cihaz 300mm çalışma mesafesinde en az 200.000lüx aydınlatma sağlamalıdır.Led'lerin renk ısısı 6500 K olmalıdır.
- 4- Led'lerin lamba ömrü yaklaşık 50.000 saat olmalıdır.
- 5- Cihazın 300mm çalışma alanındaki ışık çapı 30mm-80 mm arasında kolay bir şekilde ayarlanabilmelidir.
- 6- Cihazın kafa bandının üzerinde ışık şiddetini artırıp azaltan aynı zamanda açma kapama işlemini yapan düğmeleri olmalıdır.
- 7- Cihaz 2X LİPO şarj edilebilir pille çalışmalıdır
- 8- Cihazın Ledampülü 4,2 Volt olmalıdır.
- 9- Maksimum parlaklık için çok kaplamalı ve gelişmiş lensi olmalıdır.Net bir noktaya odaklandığında parlaklığı sürekli % 0 ile %100 arasında ayarlanabilmelidir
- 10- Led kafa lambasının parlaklığı 6 kademede ayarlanabilmelidir.
- 11- Tam şarjlı halde Operasyon süresi en az 6,5 saat arasında olmalıdır.Durum göstergeleri cihaza entegre olmalıdır
- 12- Led kafa lambası bataryası belde taşımaya gerek olmadan ve kablo kalabalığı yapmadan kafa lambasına entegre bir yapıda olmalıdır.
- 13- USB şarj işlemi bir PC veya duvar adaptörü ile yapılabilir
- 14- Led kafa lambası aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir.
  - Batarya şarj cihazı
  - Korunaklı taşıma çantası olmalıdır
- 15- Ürün Amerika menşeli olmalıdır

**AYDIN DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

**Op. Dr. Mehmet KAYA**  
Dip. Tes. No : 140003  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi