



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 959
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 5 Kalem Pcr Malzemesi Alımı
Dosya Id : 3180

02.12.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.12.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	PCR PLATE (96'LIK)			100	Adet		
2	PCR TÜPÜ 0,2 ML			5.000	Adet		
3	PCR TÜPÜ 0,1 ML			5.000	Adet		
4	MIKROSANTRİFÜJ TÜPÜ 2 ML			15.000	Adet		
5	PCR PLAKA OPTİK KAPATICI			100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PCR LABORATUVARI SARF
MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pcr Laboratuvarı PCR sarf malzeme listesi ve teknik özellikleridir.

	Ürün adı	Adet
1	PCR plate 96'lık	100
2	Pcr tüpü 0,1 ml	5000
3	Pcr tüpü 0,2 ml	5000
4	Mikrosantrifüj tüpü 2 ml	15000
5	PCR plaka optik kapatıcı	100

- Tüm kalemler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Doğrudan teminde tüm kalemlere birden teklif verme zorunluluğu yoktur. Her kalem için ayrı teklif verilebilecektir.

1.

Realtime PCR Plakası Teknik Özellikleri

1. Ürün 96 Kuyucuklu olmalıdır.
2. Kuyucuklar şeffaf olmalıdır.
3. Reaksiyon hacmi 5-125 ul, alabileceği en fazla hacim 200 ul'dir.
4. Düşük Profilli (15.51 mm) olmalıdır.
5. Polypropylene yapıda olmalıdır.
6. Tam etekli olmalıdır.
7. Kuyucuk rakamları ve harfleri net okunmalıdır.
8. DNase, RNase ve gDNA içermemelidir.
9. Plateler "**Bio-Rad CFX 96 real time PCR**" cihazlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
10. Teklif veren firmalar yetkili satıcı belgesini ihale dosyasında sunmuş olmalıdır.

Uzm Dr Gizem SOYDAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip Tes No. 143528
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. ve 3.

0,1 ve 0,2 ml PCR Tüpleri Teknik Özellikleri

1. 0,1 ml ve 0,2 ml hacimli olmalıdır.
2. Yüksek yoğunluklu polypropyleneden üretilmiş olmalıdır.
3. Qiagen Rotor Gene marka model cihaza uygun olmalıdır.
4. DNase –RNaseFree olmalıdır.
5. Pyrogen free olmalıdır.
6. Steril olmalıdır.
7. Düz kapaklı olmalıdır, kapakları sızdırmayacak şekilde iyi kapanmalıdır.
8. Konik tabanlı olmalıdır.
9. PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir.

4.

2 ml Düz Kapaklı, Konik Mikrosantrifüj Tüpü Teknik Şartname

1. 2 ml'lik olmalıdır.
2. Sızdırmaz düz kapaklı ve tabanı konik olmalıdır
3. Gövdesinde hacim skalası içermelidir
4. Steril, DNase ve RNasefree olmalıdır
5. Her pakette 1000,500 veya 100 adet olmalıdır
6. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
7. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

5.

PCR Plakası Optik Kapatıcısı Teknik Özellikleri

1. Kendinden yapışkan özelliği olmalıdır.
2. Şeffaf optik kapatıcı özelliğinde olmalıdır.
3. Kapatıcılar -70 °C ye kadar yapışkan özelliğini korumalıdır.
4. 96 kuyucuklu plate üzerini tamamen kapatabilecek büyüklükte olmalıdır.