



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

04.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM BİRİMLERİ İHTİYACI OLAN HASTA
ISITMA CİHAZI ALIM İŞİ

Dosya Id : 3194

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.12.2020 saat: 10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	BLANKET / HASTA ISITMA CİHAZLARI, HASTA ISITMA CİHAZI - SICAK HAVA POMPASI TAŞINABİLİR HASTA ISITMA CİHAZI			3	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Hasta Isıtma Cihazı Teknik Özellikleri

- 1-Cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava üfleyerek konvektif ısıtma özelliğinde olmalıdır.
- 3-Cihaz birlikte kullanıldığı battaniyelerde üniform bir dağılım sağlamalıdır.
- 4-Cihaz, 32, 38, 43 °C olmak üzere 3 adet ısı ayarına sahip olmalıdır
- 5-İlgili ısı ayar düğmesi seçildiğinde cihaz üzerinde o ısıya ait ışık yanmalıdır İsi ayarındaki tolerans +2 C° olmalıdır
- 6-Hortum çıkışında bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda çalıştığını doğrulamalıdır.
- 7-Düşük ve yüksek üfleme hız ayarları bulunmalıdır
- 8-Cihaz içerisinde bulunan filtre 0,3 Va kadar filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 9-Cihaz üzerinde dijital ekran bulunmalıdır.
- 10-Cihaz ameliyathane içerisinde taşınmasını kolaylaştıracak ve kullandığı battaniyelerin muhafazasını sağlayacak üzerine monte edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir.
- 11-Cihaz, istenilirse serum askısına montaj edilebilir özellikte olmalıdır.
- 12-Cihaz üzerindeki tuşlar standby, ortam (ambient) sıcaklığı, 32°C, 38°C, 43 °C, düşük hız ve yüksek hız tuşlarından oluşmalıdır. Bunların çalışması durumunda yanlarında bulunan ışık yanmalıdır.
- 13-Cihaz üzerinde hata (fault) ve aşırı ısınma (over temp) uyan ışıkları bulunmalıdır ve bu durum ortaya çıktığında ilgili ışık yanmalıdır.
- 14-Hata durumlarında cihazın alarm sistemi devreye girmeli ve ses ile uyarı yapmalıdır. Alarmi devrede olması durumunda cihaza verilen komutlar bloke edilmelidir.
- 15-Cihaz üzerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında battaniyelerin bağlanacağı nokta tanımlanmış olmalıdır.
- 16-Cihaz, sıcaklığın 56 °C'yi (+/- 5 C) aştığı durumda alarm sistemini devreye sokmalıdır ve bu durumda cib97 bloke olmalıdır.
- 17-Numune denendikten sonra uygunluk verilerek alımı yapılacaktır.

Etiler Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzm. Dr. Erol Ç. ÇELİK
Tic. Sic. No: 27175