

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/658  
KONU : Teklife Davet

07/12/2020

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HORTUM KAPAMA CİHAZI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10.12.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	HORTUM KAPAMA CİHAZI ALIMI	1	ADET		

~~UYGUNDUR~~  
07/12/2020  
Dr. Vedat ARSLAN  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

## HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Taşınabilir cihaz, bataryalı güç ünitesi ve koaksiyel kablo ile güç ünitesine bağlanan sert plastikten imal edilmiş, kullanımı kolay ergonomik kapatma ünitesi ünitelerinden oluşmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik iliği dondurma torbalarının hortumlarını RF yöntemiyle kapatabilmelidir. Kapatma esnasında ısı üretilerek kan hücrelerine zarar vermemelidir.
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir şekilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
- 5- Cihaz, kapatma zamanı 0,5 ile 5 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır. 6- Cihazın ana gövdesinde açma kapama düğmesi, şarj durumu, kapama işlemine hazır olduğu, kapama işleminin tamamlandığı ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 7- Cihaz ile birlikte ücretsiz şarj kablosu, koaksiyel kablo ve taşıma askısı verilmelidir.
- 8- Cihazın ağırlığı bataryası ile birlikte 1,3 Kg. ergonomik kapatma ünitesi ağırlığı 230 Gramı geçmemelidir.
- 9- Ergonomik kapatma ünitesi, dış çapı 3-6 mm'ye kadar olan PVC hortumları steril ve sıvı akışı olmayacak şekilde kapatabilmelidir.
- 10- Ergonomik kapatma ünitesi üzerinde kapama işleminin tamamlandığını gösteren uyarıcı ışık olmalıdır.
- 11- Ergonomik kapatma ünitesi elektrotları plastik bir kapakla korunmalı ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- 12- Kapatma işleminden sonra maksimum 3 saniye sonra cihaz tekrar kullanıma hazır olmalıdır.
- 13- Tam kapasite şarj olan cihaz ile 500 veya üzeri kapatma işlemi yapılabilmelidir.
- 14- Cihaz 220V /50 Hz /50 şebeke voltajı ile çalışan uygun şarj cihazı ile şarj edilebilmelidir.
- 15- Cihazın pili 12V/2Ah., Frekansı 40,68 MHz. Kristal kontrollü, Çıkış Gücü 100W/50 Ohm.

16- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.

17- Cihazı veren firma Türkiye Distribütörü olduğunu belgelemelidir.

18- Cihaz teknik servis hizmeti veren firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.

19- Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.

20-Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.

21-Cihaz ile birlikte 1 adet Sıyırma Pensi ücretsiz verilmelidir.