



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 ADET ANESTEZİK AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.12.2020 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANESTEZİK AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

ANESTEZİ CİHAZI AKIŞ SENSÖRÜ (FLOW SENSÖR) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. FLOW SENSÖR ÇOK KULLANIMLIK OLMALI (REUSABLE)
2. FLOW SENSÖR DRAGER MARKA ANESTEZİ CİHAZININ ORJİNAL PARÇASI OLMALI.
3. İNŞİRASYON VE EKSPİRASYON AYRIMINA GÖRE OK YÖNÜ İLE İŞARETLENMELİDİR.
4. FLOW SENSÖR HER HASTA TİPİNDE KULLANILABİLİR YAPIDA OLMALIDIR
5. TEKLİF VERECEK FİRMALARIN HİZMET VERMEYE TEK YETKİLİDİR OLMASI GEREKLİDİR.
6. FİRMA SENSÖRÜ TAKIP TEST ETİKTEN SONRA TESLİM ALINACAKTIR.

Anestezi Teknikeri

Nehmet Yoncalıoğlu



DOÇ.DR.YASAR ERGİMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sorumlusu
Tasarrufla Kayıt Yetkilisi

Biyomedikal Teknikeri

Zekarya RAŞANAN

