



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayı : 973  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Hasta Isıtma Cihazı  
Dosya Id : 2528

11.12.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.12.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HASTA ISITMA CİHAZI			1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							



**T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HASTA ISITMA CİHAZI TEKNİK ŞATNAMESİ

1. Cihaz hasta ısıtıcı, hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay olmalıdır.
2. Cihaz acil serviste hastada oluşacak hipotermiyi önlemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Cihazda Entegre güvenlik sistemleri olmalıdır.
4. Cihaz üfleme yoluyla çalışmalıdır.
5. Cihaz üzerinde yüksek ısı limiti ve düşük ısı limitini gösteren alarm göstergeleri olmalı, sesli ve görsel ikaz yapabilmelidir.
6. Cihazda hava giriş filtresi bulunmalı ve bu filtre temiz ısınma sağlanmalıdır. Cihazın hava filtresi ömrünü tamamlamasına yakın ve tamamladığında kullanıcıyı uarmalıdır. Filtre değişim uyarısı cihazın kullanılmasını etkilememelidir.
7. Cihazda ısıtmayı kademeli olarak ayarlamak mümkün olmalıdır. Cihaz istenildiğinde sadece ortam sıcaklığında üfleme yapabilmelidir.
8. Cihaz 220-240 V, 50-60 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışmaya uygun olmalıdır.
9. Cihazda uzayabilir hortum sistemi olmalı ve bu hortum ile rahatlıkla bir yere sabitleme yapılabilmelidir.
10. Hortumun cihaza bağlantı kısmı kendi ekseninde 360 derece sınırsız dönebilir olmalı, kıvrılıp bükülmemelidir.
11. Cihaz yatak kenarına ve serum askısına asılarak kullanılabilir.
12. Cihazın opsiyonel tekerlekli ve sepetli taşıma arabası bulunmalıdır.
13. Cihazın disposable ısıtıcı battaniyeleri bulunmalıdır. Cihazla birlikte 10 adet verilmelidir.
14. Teklif edilen cihazın ve blanketlerin UTS kaydı olmalıdır.
15. Cihaz denendikten sonra uygunluğu verilerek alımı yapılacaktır.
16. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
17. 2 adet ek filtre cihazla birlikte verilmelidir.

Uzm. Dr. Sahnem ŞAKAR HALAÇ  
Açık Uzmanı  
Dip. Tes. No. 137525  
A. Servis Hastanesi

*Sahnem*