



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

11.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZ ACİL SERVİS BİRİMİNDE BULUNAN BLT MARKA HASTA BAŞI MÖNİTÖRE UYUMLU MALZEME ALIM İŞİ

Dosya Id : 3231

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.12.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU BLT M9500 MONİTÖR İÇİN SATURASYON PROB VE KABLOSU			2	Adet		
2	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN BLT M9500 MONİTÖR İÇİN YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU VE KABLOSU			1	Adet		
3	HASTABAŞI MONİTÖRÜ SICAKLIK PROBU ARA KABLOSU BLT Q5 MONİTÖR İÇİN SATURASYON PROB VE KABLOSU			2	Adet		
4	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU BLT Q5 MONİTÖR İÇİN YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU VE KABLOSU			1	Adet		
5	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU PEDIATRİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) BLT M9500 MONİTÖR İÇİN ÇOCUK TANSİYON MANŞONU VE KABLOSU			1	Adet		



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SPO2 KABLOSU (BLT M9500 Hastabaşı monitör için) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. BLT M9500 hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. En az 1 yıl garantili olmalıdır.
3. Numune üstünde denenmelidir.

Acil Sorumlusu
Mahmut Demir
~~ASLTA~~

NIBP MANŞON ve HORTUMU (BLT M9500 Hastabaşı monitör için)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen manşon BLT M9500 hastabaşı monitörlere tam uyumlu olmalıdır.
2. Manşonlar, BLT M9500 hastabaşı monitörünün Türkiye yetkili distribütörü firmanın yetki verdiği firma tarafından tedarik edilmiş olmalıdır. İdare tarafından istendiğinde belgelenmelidir.
3. Manşonun bağlantı soketi ve hava bağlantı hortumu birbirleriyle özel kilitli bir mekanizma ile kolayca bağlanabilmeli ve cihaz bağlantısı kolay takılabilir yapıda olmalıdır.
4. Manşon yetişkin hastanın kolunu saracak ve cırt yapışmalı sistemle sabitlenecek ve çok hastada kullanılabilir özellikte olacaktır.
5. Manşonlar yetişkin hastalarda kullanılacak ölçüde olmalıdır.
6. Manşon NIBP ölçümü sırasında açılmayacak ve yanlış ölçüme sebep olmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
7. Manşon malzemesi basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, terleme yapmayan, kolay temizlenebilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
8. Manşon CE ibaresi, ölçü bilgisi bulunmalıdır
9. En az 1 yıl garantili olmalıdır.

Acil Sorumlusu

Mehmet Demir



NIBP MANŞON ve HORTUMU (BLT M9500 Hastabaşı monitör için)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen manşon BLT M9500 hastabaşı monitörlere tam uyumlu olmalıdır.
2. Manşonlar, BLT M9500 hastabaşı monitörünün Türkiye yetkili distribütörü firmanın yetki verdiği firma tarafından tedarik edilmiş olmalıdır. İdare tarafından istendiğinde belgelenmelidir.
3. Manşonun bağlantı soketi ve hava bağlantı hortumu birbirleriyle özel kilitli bir mekanizma ile kolayca bağlanabilmeli ve cihaz bağlantısı kolay takılabilir yapıda olmalıdır.
4. Manşon pediatrik hastanın kolunu saracak ve cırt yapışmalı sistemle sabitlenecek ve çok hastada kullanılabilir özellikte olacaktır.
5. Manşonlar pediatrik hastalarda kullanılacak ölçüde olmalıdır.
6. Manşon NIBP ölçümü sırasında açılmayacak ve yanlış ölçüme sebep olmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
7. Manşon malzemesi basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, terleme yapmayan, kolay temizlenebilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
8. Manşon CE ibaresi, ölçü bilgisi bulunmalıdır
9. En az 1 yıl garantili olmalıdır.

Acil Sorumlusu

Mehmet Demir

~~MSU~~

SPO2 KABLOSU (BLT Q5 Hastabaşı monitör için) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. BLT Q5 hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. En az 1 yıl garantili olmalıdır.
3. Numune üstünde denenmelidir.

Mehmet Demir
Acil Sorumlular
M.D.

NIBP MANŞON ve HORTUMU (BLT Q5 Hastabaşı monitör için)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen manşon BLT Q5 hastabaşı monitörlere tam uyumlu olmalıdır.
2. Manşonlar, BLT Q5 hastabaşı monitörünün Türkiye yetkili distribütörü firmanın yetki verdiği firma tarafından tedarik edilmiş olmalıdır. İdare tarafından istendiğinde belgelenmelidir.
3. Manşonun bağlantı soketi ve hava bağlantı hortumu birbirleriyle özel kilitli bir mekanizma ile kolayca bağlanabilmeli ve cihaz bağlantısı kolay takılabilir yapıda olmalıdır.
4. Manşon yetişkin hastanın kolunu saracak ve cırt yapışmalı sistemle sabitlenecek ve çok hastada kullanılabilir özellikte olacaktır.
5. Manşonlar yetişkin hastalarda kullanılacak ölçüde olmalıdır.
6. Manşon NIBP ölçümü sırasında açılmayacak ve yanlış ölçüme sebep olmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
7. Manşon malzemesi basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen, terleme yapmayan, kolay temizlenebilir kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
8. Manşon CE ibaresi, ölçü bilgisi bulunmalıdır
9. En az 1 yıl garantili olmalıdır.

Mehmet Demir
Acil Sarmal
AS