



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PATNOS DEVLET HASTANESİ**

Sayı : 54592530-211/.....

18.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AZOT PROTOKSİT GAZI ALIM İŞİ

Dosya Id : 3245

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.12.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AZOT PROTOKSİT (N2O) GAZI % 99.0 SAFLIK			250	kg		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Sıra No	İstenen Malzeme	Özellikleri	Miktar	Birim Fiyatı	Tutarı
1	AZOT PROTOKSİT GAZI		500 KILO		

#### - AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu A zot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktır, ve bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.
3. Verilecek Azot Protoksit Gazı yerli ise üretim ve dolum belgesine ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz durumu) tarafından verilmiş olacaktır, Ayrıca yüklenicinin depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge, Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacaktır ve belgelendirilecektir.
4. Azot Protoksit gazının içindeki toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir

Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;

- a) Boyalı olacaktır
  - b) tüplerde renk şeridi olacak
  - c) rtlr üzerir de solunabilen ibaresi yazılı olacak.
  - d) Başlıklı ve başlıkları mühürlü olacak
  - e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak
  - f) dolum ve test tarihlerini İhtiba eden etiket olacaktır.
  - g) Vanaları sağlam olarak verilecektir. ( arızalı vanalar değiştirilecektir.)
  - h) Arızalı tüpler değiştirilecektir.
  - i) Tüpler aynı tip olacak. ( dikişsiz çelik tüp olacak)
5. Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ra. 7000) renkte, üst kısmında mavi renkli şerit olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 2/3 'ü yükseklik ve standartta uygun şekilde yazılmalıdır.
6. Azot protoksit tüp başının bir yanıl yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
- a) Üretici firmaa amblemi.
  - b) Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işareti ve numarası.
  - e) Seri numarası
  - d) Tüpün boş kütleli ( valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
  - e) Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.
7. Azot protoksit tüp başının karşı yanıl yüzeyinde bulunması gerekli işaretle
- a) Tüp sahibi firmanın adı ve markası
  - b) Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası
  - c) Tüp üzerinde deney basıncı ve işietme basıncı (ib-pasca.1)

Resih Yıçgan  
M. Yıçgan

Erkan TILGİN  
Tilgin