



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

18.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN OKSİJEN Tüp DOLUMU ALIM İŞİ

Dosya Id : 3246

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.12.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ GAZ OKSİJEN (N5) %99.999 SAFLIK			2.460	Metrekü p		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

O KSIJEN TÜPÜ (40 L İT R E L İ K) T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ
TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. ^ Tıbbi oksijen gazı (40lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
Medikal Oksijen: 40lt 150 bar 6.40 m³
Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.
- 2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini belgelendirecektir.
- 3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini sağlayan sisteme sahip olacaktır.
- 4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi tüpleriyle destekleyecektir.
- 5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.
- 6.Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.
- 7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve son test tarihi yazılı olacaktır.
- f
- 8.Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildir etiketler vanaya asılı olmalıdır.
- 9.Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukuki ve tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 10.Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.
- 11.Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsafına ve taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 12.Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.
- 13.Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenir.
- 14.Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basıncılı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.
15. İstekli firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- 17.Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 72 saat içinde (Tatil günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.
- 18.Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu veya boş tüp teslim edilip/alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide biri ise kurum personelinde olacaktır.

Aslıhan Yılmaz
Müfettiş