T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 18.12.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ HEMODİYALİZ BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 3 KALEM SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ
Dosya Id : 3247

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.12.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN			1.000	Adet		
2	DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 2.1-2.2 M² YÜKSEK AKIMLI			500	Adet		
3	DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.8-1.9 M²			500	Adet		
						KDV Hariç Genel Toplam	

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden
.../.../2020
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

83-84-169.Kalemler: HEMODİALİZ FİLTRESİ (DİALİZÖR) SENTETİK -1,4-1,6M2-1,8-1,9M2-2M2

1. Diyaliz membran yapısı sentetik yapıda (Alfa polsülfone,Pan,Polinefron,Rexeed, ve Helixson) olmalıdır.
2. Diyalizör HIGH-FLUX ve kuru tip olmalıdır.
3. Alınacak Diyalizörlerin1.0- 1.4-1.6 , 1.8-1.9 ve 2.0 m2 ve üzeri olmalıdır.Ayrıca Ünitenin isteği doğrultusunda farklı m2ler gerektiğinde istenecektir.
4. Diyalizörün membran duvar kalınlığı 35-45 mikron arasında olmalıdır.Diyalizörün membrn çapı 170-200 micron arasında olmalıdır.
5. Diyalizörün priming volümü 1.5-1.6 için:70-95 1.7-1.8 için: 95-115 2.0 m2 ve üzeri için 110-135 arasında olmalıdır.
6. Diyalizör Sterilizasyon yöntemi Buhar veya Gamma olmalıdır.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren iki yıl olmalıdır.
8. Diyalizör 500 mm/hg TMP basıncına kadar dayanıklı olmalıdır.Bu bilgi diyalizörün üzerinde veya orijinal prospektüste gösterilmelidir.
9. Diyalizörlerin üre, kreatinin, Vit B 12 ,Fosfat Klirens değerleri QB:300 en az Aşağıda belirtilen değerlerde olmalıdır..Ve bu değerler orijinal prospektüste de bire bir aynı olmalıdır.

HİGH-FLUX:	**2.0 m2 ve Üzeri için;**	**1.8-1.9 m2 için;**	**1.5-1.6 m2 için**
ÜRE:	250 ml/dk	245 ml/dk	240 ml/dk
KREATİNİN:	230 mldk	225 ml/dk	223 ml/dk
FOSFAT:	228 ml/dk	220 ml/dk	218 ml/dk
VİT.B12:	168 ml/dk	160 ml/dk	145 ml/dk
İNULİN:	125 ml/dk	120 ml/dk	110 ml/dk

Diyalizörün Kuf değeri:1.5-1.6 m2:50-70,1.8-1.9 m2:55-75,2.0 ve üzeri için 58 ve üzeri ml/h/mm hg arasında olmalıdır.

10. Diyalizörlerin 500-900 ml izotonikle yıkanması yeterli olmalıdır.Ayrıca heparin ve antikoagülasyonlarla yıkama ihtiyacı olmamalıdır.
11. Hastaya uygulanan vasatı(2500-5000 İU) heparin dozu ile diyaliz sonunda diyalizörlerde pıhtılaşma olmamalıdır.
12. Diyalizörler Arter ven set giriş ve çıkışları ve ayrıca diyalizat giriş ve çıkışlarında kapak bulunmalıdır.Diyalizörün dış yapısı kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
13. Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan diyalizörlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecek ve ihale dosyasında komisyona sunulacaktır..
14. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajın üzerinde sterilizasyon,son kullanma tarihi,lot numarası,T.C. sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
15. Diyalizörler Ünitenin isteği doğrultusunda gerektiğinde Farklı M2 istenecektir.
16. İhale Esnasında İstendiği Miktarda Numune Verilmelidir(her m² için 3 adet).Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir.Kullanıcı numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.
17. Kullanılan numuneler için (İhale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir.

Mehmet ALC