



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PATNOS DEVLET HASTANESİ**

Sayı : 54592530-211/.....

23.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZE AİT HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN 2 KALEM YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

Dosya Id : 3254

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.12.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

  
Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ SOLENOİD VALFİ SOLENOID VALVE 1 VE 2 PORT			3	Adet		
2	HEMODİYALİZ CİHAZI HARİCİ AKIŞ - FLOW İNDİKATÖRÜ - GÖSTERGESİ FLOWMOTOR KÖMÜR(ATEŞLEME)			12	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PATNOS DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

### SOLENOID VALVE 1 VE 2 PORT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. Orijinal paketinde olmalıdır.
3. Bir giriş ve bir çıkış özelliğine sahip olmalıdır
4. 24V ile çalışmalıdır

### FLOW MOTOR KÖMÜR (ATEŞLEME) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius Marka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. Flow pompasında ateşleme yapmalı
3. İç mantetik aksama uyumlu olmalı

\*Belirtilen Malzemelerin Montaj Ve Demontajı Yüklenici Firma Tarafından Yapılarak Cihazlar Çalışır Şekilde Teslim Edilmeli

\* Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO14001-2015 OHSAS 18001-2007 kalite belgeleri olmalı

Diğahat Sorunlu  
mehmet Ak  
Mehmet Ak