



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

23.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZ KBB BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 1 KALEM CERRAHİ ALET
ALIM İŞİ

Dosya Id : 3253

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.12.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	ALLİGATÖR FORSEPS KULAK İÇİN ALLİGATÖR FORSEPS,STRAİGHT			1	Adet			
KDV Hariç Genel Toplam								

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ KBB SERVİSİ TYMPANOPLASTY SETİ ŞARTNAMESİ

01.Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin “ teknik şartnameye cevap “ metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

02 . Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

03 .Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedен yapılmış olmamalıdır.

04.İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

04.T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (tel sepetleri hariç) TITUBB ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının “ teknik şartnameye cevap “ belgesinde belirtilmesi zorunludur.

Sıra no	Teklif edilen ürün katalog no	Teklif edilen Marka	Ürün açıklaması	Miktar	Teklif edilen ürüne ait Katalog sayfa no	Ürün barkod no

05. İhale veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin, teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte EM-2557, EM-2350, EM-2510,EM-2525 numune olarak vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır

06. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi zorunludur.

07. İhaleye giren firmaya vermeyi taahhüt ettiği aletleri üreten üretici firmanın verdiği, gerektiğinde servis hizmetini verebileceğine dair yeterlilik belgesinin aslı veya noterden tasdikli kopyesi olmalıdır.

08. Aletler aşağıda Ömür 2006 Katoloğundan verilen aletlerin eşdeğeri ve yukarıda belirtilen vasıflarda olacaktır. Aynı özellikte başka markalar olabilir.

09. Aletler Yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri (Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış Kulak Cerrahisi seti için düzenlenmiş YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.

10. Aletler Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı pirinç ve benzeri malzemedен yapılmış olmamalıdır. Orijinal katalogunda belirtilen alet olmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecek ve ihale dışı bırakılacaktır.

11. Teklif veren firma aletlerin kullanıldığı hastanelerle ilgili tercihen üniversite hastaneleri olacaktır referans listesi verecektir.

12. Aletlerin alımında set bütünlüğü açısından setler birlikte değerlendirilecektir. Bu nedenle firmaların tüm aletlere set olarak birlikte teklif verecektir

Uzm. Dr. Nuryah Cihan ŞAHİN
Başhekim
Dip. Tes. No: 22931
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Murat BERBER
Dip. Tes. No: 15193
Patnos Devlet Hastanesi

	Kat No	Aletin Adı		
		EAR MICROSURGERY- MASTOIDECTOMY & TYMPANOPLASTY SETİ		
1	EM-2510	Alligator forceps, straight	1	adet

Uzm. Dr. Nurullah Cihan ŞOHAN
Başhekim
Dip. Tes. No: 7700112
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Murat BENZER
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No: 145193
Patnos Devlet Hastanesi