

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 YILLIK HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ (4 ADET FRESENIUS MARKA) 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 31.12.2020 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 numaralı belgegeçere veya tutak.satinalma@hotmail.com adresine göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Tunahan ATICI
Başhekim



Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	1 YILLIK HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ (4 ADET FRESENIUS MARKA)	AY	12		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 7- Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Ağrı-Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Karakolu Yanı Ayrıntılı bilgi için: Tıbbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

**HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN FRESENIUS MARKA
HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bu şartname hemodiyaliz bölümü hemodiyaliz cihazları aylık bakım ve onarımını işlerini kapsar.
Bakım – onarım: cihazlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek ve cihazların performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak cihazların ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından cihazların yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.
Yedek parça: cihazların arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder
2. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Yüklenici firma bakımda cihazların Flow 300-500-800 akışkanlık kalibrasyonları ve ısı conductivity (iletkenlik) kalibrasyonları TMP basınç kalibrasyonları T1 Testi sıcak dezenfeksiyon ve makinaların genel kontrollerini yapacaktır.
4. **Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi ve İSO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.**
5. **Yüklenici firmanın Tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.**
6. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.
7. Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, cihazların tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir.
8. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
9. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.
10. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların artırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir.
11. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 48 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda bu süre 72 saat olacaktır.
12. Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.
13. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.
14. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.
15. Firma bakım sözleşmesi için malzemesiz ve yalnız işçiliği kapsıyacak şekilde idareye teklif verecektir
16. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki üniteye girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
17. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
18. Teklif verecek firma alt yüklenici firma çalıştıramaz
19. Yüklenici firma bünyesinde çalışan teknik personel UTS kayıtların aktif olması zorunludur.
20. Teklif verecek Firma hemodiyaliz cihazları ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olmalıdır.

Esra İŞLER
Diyaliz hemşiresi

Serkan ADİGÜZEL
Diyaliz hemşiresi

İlknur ÖZLÜ
Diyaliz hemşiresi