

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TAM OTOMATİK İDRAR TETKİKİ ALIMI İŞİ 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 31.12.2020 tarih saat: 09:00' e kadar 0472 411 20 83 numaralı belgegeçere veya [tutak.satinalma@hotmail.com](mailto:tutak.satinalma@hotmail.com) adresine göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Tunahan ATICI  
Başhekim

Sıra No	İŞİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TAM OTOMATİK İDRAR TETKİKİ	400	ADET		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 7- Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Adres: Ağrı-Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Karakolu Yanı Ayrıntılı bilgi için: Tıbbi Sekreter: A.BALTA  
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

**İDRAR STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (400 ADET)**

1-Teklif edilecek kitler, reaktifler ve stripler, birlikte teklif edilecek analizörler ile tam uyumlu olarak çalışmalı üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalarıdır.

2-Test maliyeti hesabında; güvenilir sonuç almak kaydıyla, pratikte ne kadar tetkik yapılabildiği takip edilerek, kitler çalışılan gerçek hasta sayısı üzerinden fatura edilmelidir. Bir hasta sonucunun verilebilmesi için gerekli tüm sarf malzemeler hesaba katılmalı ve bu malzemeler laboratuvarın istediği aralıklarla ücretsiz olarak laboratuara verilmelidir.

3-Teslim edilecek kitlerin ve reaktiflerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacak ve kitler Kurumun talebi doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinden firmaya haber verilerek firma tarafından uzun miyadlılar ile değiştirilmelidir.

4-Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

5- Firmalar, tam idrar analizi için gerekli olan idrar striplerinin yanı sıra tüm sarf malzemeleri de (örneğin; kalibratör, dilüent, kontrol, idrar kabı, yıkama ve temizlik solüsyonları) yetecek miktarlarda ücretsiz olarak vermelidirler.

6- Reaktif ve kitlerin en küçük ambalajlı olanları verilmelidir. Firmalar ambalaj durumlarını tekliflerinde belirtmelidirler.

7- İdrar stripleri; en az LO parametreyi (dansite, pH, glukoz, protein, keton, nitrit, bilirubin, urobilinojen, eritrosit ve lökosit) ölçebilmelidir.

8- Teklif edilecek striplerin Sağlık Bakanlığı UBB barkod kayıtlarının ihale dosyasına konulması zorunludur.

İsmail AKTAS  
Laborant  
