



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **31.12.2020 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

MINDRAY HASTABAŞI MONİTÖR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. batarya Mindray Beneview cihazına uyumlu olmalıdır. (T8/TS)
2. Parça orijinal olmalı ve teslimat sırasında orijinal ambalajında olmalıdır.
3. parçanın üzerinde üretim tarihi ve son şarj tarihi olmalıdır.
4. parça raf ömrünü doldurmamış olmalı ve 2 aydan daha eski olmamalıdır.
5. parça cihazın şarj kartı ile uyumlu olmalıdır.
6. parça şarj edildikten sonra cihazı en az 90 dakika çalıştırmalıdır.
7. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
8. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.
9. parça 1 yıl garantili olmalıdır.
10. parça cihaza takılıp çalıştığı teyit edildikten sonra teslim alınacaktır. (Numune istenecektir)

Müjde Bay


DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sarıyer
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Biyomedikal Teknikeri
Zekarya BAŞARAN
