



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Hemodiyaliz Su Arıtma sistemi için Bakım Onarım Malzemesi Alımı

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
05/01/2021 11:45 - E-36472700-020-6



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin Hemodiyaliz Ünitemizde mevcut olan Diyaliz su arıtma sisteminde kullanılan malzemelerin kullanım süreleri dolduğundan ve sistemin aktif çalışabilmesi için aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.01.2021 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Veli AĞGÜL
Başhekim

Satın Alınacak Malın/ İsin				KDV Hariç Teklif	
S. No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Aktif Karbon Filtresi	1	Adet		
2	Solenoid Vana	1	Adet		
3	Uv Lambası	1	Adet		
4	Membran	2	Adet		
				Teklif Eden .../.../2020 Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/ İmza	

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilmelidir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTIKLAL MAH.04600 ELEŞKİRT/AĞRI
Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963

E-Posta: satinalmaeleskirt@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Suat ÇETİN -
cinmandacan@hotmail.com



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SAF SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MEMBRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
2. Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m³/gün dür
3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
4. Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
5. Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
6. 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
8. 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
9. Membrane yüzey alanı 7,2 m² dir
10. Membranlar 40 40 tipdir (çap 4'', uzunluk 40'')
11. Membran yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra membran dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
12. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 belgesine ve İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001-2007 sahip olmalıdır.
13. Firmanın tıbbi cihaz satış yeri yetki belgesi olmalıdır
14. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
15. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
16. Yüklenici firmagerekli tüm revizyonları yapacaktır.revizyonlardan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalaryükleniciye aiittir
17. 2 Adet olacak.

Eğilgi LAMAR
JH

M. M. G. ÇETİN
M

Kebreci Epa
JH



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
SOLENOİD VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Giriş-çıkış bağlantıları 1/2'' olacaktır.
2. 220V AC normalde kapalı olacaktır.
3. Gövdesi paslanmaz malzemeden mamul olacaktır.
4. Elektrik bağlantı soketi olacaktır.
5. Valf mevcut sisteme uygun olacaktır.
6. Yüklenici tarafından takılacaktır.
7. YÜKLENİCİ FİRMANIN TSE 12426-12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE (SU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN) SAHİP OLMALIDIR.
8. YÜKLENİCİ FİRMA ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.

Eğil uAmak
JAA

M. Kemal ÇETİK
Kır.

Kasım AĞA
Kasım AĞA



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Coconat bazlı Olacak.
3. Yüksek gözenekliliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır
7. en az % 90 ı 8*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
11. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
12. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
13. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

Ergül ANAN

K. Murat ÇETİN

Kebir EĞİLİR

UV LAMBASI

1. UV lambasının balansı mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lambanın boyu 436 mm olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Engül Yaman



M. Kemal ÇETİK



Kubra ERGÜN

