

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/14

07.01.2020

KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **GÖZ PİTERJİYUM SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12.01.2021 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet ~~İLBOĞA~~
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	SPEKULUM 10MM	1	ADET		
2	SPEKULUM 15MM	1	ADET		
3	DELİCİ VE KESİCİ MAKAS	1	ADET		
4	KONJUKTIVA MAKASI	1	ADET		
5	ŞAŞILIK MAKASI	1	ADET		
6	AYARLI İĞNE TUTUCU	1	ADET		
7	İĞNE TUTUCU	1	ADET		
8	AÇILI DOKU PENSETİ	1	ADET		
9	KONJUKTIVA PENSETİ	1	ADET		
10	KORNEAL PENSETİ 0.4MM	1	ADET		
11	PERGEL	1	ADET		
12	KİLİTLİ JİLET TUTACAĞI	1	ADET		
13	SİVRİSİNEK AĞIZLI PENSET	1	ADET		
14	ÇAMAŞIR PENSETİ	1	ADET		
15	STERİLİZASYON KUTUSU	1	ADET		

UYGUNDUR

07/01/2021

Dr. Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diş Hekimliği Devlet Hastanesi

PİTERJİYUM SETİ

Spekulum 10mm Teknik Şartnamesi

- 1-Tutucu bıçak 10mm uzunluğunda olacaktır.
- 2-Kapak ve diğer kısımları paslanmaz çelikten üretilmiş olup teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orjinal katalogu üzerinde görülecektir.
- 3-Numuneler kontrol edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 4-Model K1-5000 olacaktır.

Spekulum 15mm Teknik Şartnamesi

- 1-Tutucu bıçak 15mm(+/-1mm)uzunluğunda olacaktır.
- 2-Toplam boy uzunluğu 40mm(+/-1mm) olan standart speculum olacaktır.
- 3-Kapak ve diğer kısımları paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 5-Numuneler kontrol edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 6-Model K1-5010 olacaktır.

Delici ve Kesici Makas Teknik Şartnamesi

- 1-Sivri uçlu ve düz standart ölçüde ve paslanmaz çelikten üretilmiş delici ve kesici makası olacaktır.
- 2-Toplam boy uzunluğu 100(+/-1mm) olmalıdır.
- 3-Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu olacaktır.
- 4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 5-Numuneler kontrol edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 6-Model K4-8000 olacaktır.

Konjunktiva Makası Teknik Şartnamesi

- 1-Konjunktiva makası ucu eğimli ve künt konjunktiva makası olacaktır.

Uzm.Dr.Ezgi KARATAŞ YIGİTASLAN
T.C.Sağlık Bakanlığı
Ağrı Diş Hekimliği Devlet Hastanesi
Gözetim Markası
Dip.Tes.No:18/982 Uzm.Tes.No:140975

- 2-Aletin sapı üzerinden elden kaymayı önleyen ergonomic biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır.
- 3-İç kısımda stoplama iğnesi olup aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.
- 4-Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 5-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 6-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 7-Model K4-3000 olacaktır.

Sasılık Makası Teknik Sartnamesi

- 1-Künt ve düz uçlu olmalıdır.
- 2-Bir ucu açık oval, diğer ucu kapalı oval şeklinde küçük boy olacaktır.
- 3-Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup parmak girecek kısımlar papyon tarzında olacaktır.Üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır.
- 4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 5-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 6-Model K4-9020 olacaktır.

Ayarlı İğne Tutucu Teknik Sartnamesi

- 1-Üst kısmında basacak bölümü olan kilit ayarlı iğne tutucusu olacaktır.
- 2-Ayarlanabilme özelliği olacaktır.
- 3-Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır.
- 4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 5-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 6-Model K6-1800 olacaktır.

İğne Tutucu Teknik Sartnamesi

- 1-Kilitsiz uç kısmı oldukça hassas eğimli tutucu çene uzunluğu8mm(+/-1mm) tam boy uzunluğu 112mm(+/-1mm) olan iğne tutucusu olacaktır.
- 2-Sapları üzerinde ergonomic olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği olup alet paslanmaz çelikten imal edilmiş üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.
- 3-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 4-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 5-Model K6-1010 olacaktır.

Uzm.Dr Ezgi KARASU YIGITSLAN
T.C.S.B.
Ağrı Devlet Hastanesi
Dip.Tes.No:142575

6-Model K3-9000 olacaktır.

Kilitli Jilet Tutacağı Teknik Sartnamesi

- 1-Sürgülü sistemi ile kolay kilitlenebilen jilet tutacağı olacaktır.
- 2-Tam boy uzunluğu 124mm(+/-1mm)olacaktır.
- 3-Sap kısmı yuvarlak ve üzerinde silinmeyecek biçimde markası yazılı olacaktır.
- 4-Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 5-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 6-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 7-Model K2-5000 olacaktır.

Sivrisinek Ağzılı Penset Teknik Sartnamesi

- 1-Sürgü Ucu testere ağzılı düz ve 145mm toplam uzunluğu olan sivrisinek ağzılı penset olacaktır.
- 2- Üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.
- 3-Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
- 4-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 5-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 6-Model K5-9940 olacaktır.

Çamaşır Penseti Teknik Sartnamesi

- 1-55mm(+/-1mm) uzunluğunda çapraz sistemli çamaşır penseti olacaktır.
- 2-Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 4-Numuneler control edilecek, alet tasarım itibari ile kullanımı zorlaştırıcı, fonksiyonunu tam olarak gerçekleştiremeyen aletler kabul edilmeyecektir.
- 5-Model K5-9960 olacaktır.

Sterilizasyon Kutusu Teknik Sartnamesi

- 1-İçerisinde 35 ila 50 adet arasında alet barındıracak kapasitede olup 325x265x42mm ölçülerinde çift katlı üzerinde havalandırma delikleri olan ve yine içerisinde en az 4 adet silikon çim bulunan paslanmaz materyalden üretilmiş ve üzerinde markası kodu silinmeyecek biçimde yazılı sterilizasyon kutusu olacaktır.
- 2-Kutu içerisinde tek parça aletlerin ve kanüllerin konulabileceği ayrıca bir bölüm olacaktır.
- 3-Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın original katalogu üzerinde görülecektir.
- 4-Model K9-2350 olacaktır.

Şİ KARATAŞ YIGİTASLAN
Sağlık Bakanlığı
Diyadin Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları
81982 Uzm. Res. No: 142575