



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM (AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ) MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.01.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AMELİYATHANE BÜYÜK DELİKLİ ÖRTÜ	ADET	100		
2	AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ	ADET	150		
3	AMELİYATHANE SPİNAL KÜÇÜK DELİKLİ	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: ternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 5c74341e-3e68-4b75-960b-34116884belf kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE SPİNAL (KÜÇÜK DELİKLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kumaş %100 pamuk olmalıdır

2- Kumaş yeşil renkli olmalıdır

3- Sık dokuma en az 50 düğüm olmalıdır

4- Kumaşın eni 70 cm Boyu 70 cm olmalıdır. kenarlar hariç ölçülecektir.Tam ortasında eni 20 cm boyu 15 cm çaplı yuvarlak delik olmalıdır.

5- Kumaş kolay yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır

6- Ph değeri 5-8 değerleri arasında olmalıdır.

7- Kumaş anstatik olmalıdır

8- İndentran boyalı olmalıdır

9- Kumaş ısı ve su buharım geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır. Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

10- Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.

11- Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %2 den fazla olmamalıdır.

12- 134 derecede otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.

13- Basınçlı buhar altında (134 derece otoklav) çekmemelidir.

14- Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.

15- Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

16- Örtülerin kenarları düzgün olmalı iplik vs. dikiş artıkları bulunmamalıdır.

17 -Satışı üstlenen firma satıştan kaynaklanan bir sorun halinde kurumun mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.

18-En az (1) Adet numune teslim edilmelidir.

Semra KIZILAY

Ayfer Fikri

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIS
Tıbbi Sekreter

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE BÜYÜK DELİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kumaş %100 pamuk olmalıdır

2- Kumaş yeşil renkli olmalıdır

3- Sık dokuma en az 50 düğüm olmalıdır

4- Kumaşın eni 1.50 cm Boyu 1,80 cm olmalıdır. kenarlar hariç ölçülecektir. Tam ortasında boyu 15 cm eni 12 cm çaplı yuvarlak delik olmalıdır..

5- Kumaş kolay yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır

6- Ph değeri 5-8 değerleri arasında olmalıdır.

7- Kumaş anstatik olmalıdır

8- İndentran boyalı olmalıdır

9- Kumaş ısı ve su buharım geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.

Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

10- Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.

11- Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %2 den fazla olmamalıdır.

12- 134 derecede otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.

13- Basınçlı buhar altında (134 derece otoklav) çekmemelidir.

14- Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.

15- Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.

16- Örtülerin kenarları düzgün olmalı iplik vs. dikiş artıkları bulunmamalıdır.

17 -Satışı üstlenen firma satıştan kaynaklanan bir sorun halinde kurumun mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.

18-En az (1) Adet numune teslim edilmelidir.

Ayfer Filiz

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi
Memmel BARIS
Tıbbi Sekreter

Senra KIZILAY

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE YEŞİL ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kumaş %100 pamuk olmalıdır

- 2- Kumaş yeşil renkli olmalıdır
- 3- Sık dokuma en az 50 düğüm olmalıdır
- 4- Kumaşın eni 1.80cm Boyu 2,10 cm olmalı ve kenarlar hariç ölçülecektir.
- 5- Kumaş kolay yırtılmamalı, dayanıklı olmalıdır
- 6- Ph değeri 5-8 değerleri arasında olmalıdır.
- 7- Kumaş anstatik olmalıdır
- 8- İndentran boyalı olmalıdır
- 9- Kumaş ısı ve su buharım geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır. Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.
- 10- Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 11- Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %2 den fazla olmamalıdır.
- 12- 134 derecede otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.
- 13- Basınçlı buhar altında (134 derece otoklav) çekmemelidir.
- 14- Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
- 15- Basınç ve sıcaklık altında rengi değişmemelidir.
- 16- Örtülerin kenarları düzgün olmalı iplik vs. dikiş artıkları bulunmamalıdır.
- 17 -Satışı üstlenen firma satıştan kaynaklanan bir sorun halinde kurumun mağduriyetini gidermekle yükümlüdür.
- 18-En az (1) Adet numune teslim edilmelidir.

Semra KIZILAY

Ayfer Filiz

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Mehmet Akif Ersoy
T.C.