



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SEDYELER,TRANSFERLİ SEDYE ANA ERİŞKİN-(AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.01.2021 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SEDYELER,TRANSFERLİ ANA ERİŞKİN -AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 62b9cb0c-720f-4ba2-b9d0-60a5671ac45c kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

AMELYATHANE TRANSFER SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ameliyathane Transfer Sedyesleri 2 (iki) adet ana gövde (alt) ve 1 (bir) adet nakil gövdesinden (Üst Kayar Zemin) oluşmalıdır.
2. Ana gövde 60 mm. +/- 5 mm. çapında, 1,5 mm. +/- 0,5 mm. et kalınlığında karbon çelikten boyalı olmalı. Nakil gövdesi 50x50 mm. +/- 5 mm. Kutu profil, 1,5 mm. +/- 0,5 mm. et kalınlığında karbon çelikten boyalı bir şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3. Sedyenin alt zemininin eni çarpma tamponları dahil dışdan dışa 720 mm. +/- 20 mm, boyu çarpma tamponları dahil dışdan dışa 2070 mm. +/- 20 mm. olmalıdır.
4. Sedyenin yatma zemininin eni 580 mm. +/- 50 mm. , boyu 1870 mm. +/- 50 mm. olmalıdır.
5. Sedyenin hareketli üst zeminin mindersiz yüksekliği 620 mm. +/- 50 mm. olmalıdır.
6. Sedyenin güvenli taşıma kapasitesi en az 240 (iki yüz kırk) kg. olmalıdır.
7. Sedyenin ana gövdesi güvenlik nedeni ile diğer ana gövdeye kilitlenmeden hasta nakil parçasının kaydırılmasına izin vermemelidir. Kilit mekanizması darbelerle dayanıklı kompozit matelyalden yapılmış olmalı, kolay kullanım özelliği göstermelidir.
8. Sedyenin hasta nakil parçası ahşap kısımları HPL'den (Kompakt Laminant) imal edilmiş olmalı. Bu zemin zorlanmadan etkin bir şekilde diğer sedye zeminine kolayca geçebilir özellikte olmalıdır.
9. Sedyenin baş kısmı gaz piston yardımı ile en az 90° dereceye kadar kalkabilir özellikte olmalıdır.
10. Sedyenin başucu indirme/kaldırma hareketi el kontrolü hassas tutamacı sayesinde gaz piston yardımı ile ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
11. Sedyenin yan koruma barları yatma zeminin altında yer alan mekanizmayı çekmek suretiyle dairesel hareket ederek aşağıya doğru açılabilir özellikte olmalıdır.
12. Yan koruma barları yukarı konumda iken uzatılmış barları sayesinde güvenli hasta taşınması sağlamalıdır.
13. Yan koruma barları yumuşak his veren poliüretan enjeksiyon ile kaplanmış olmalıdır.
14. Hasta transfer esnasında elin değeceği itme ve çekme boruları 25 mm +/- 100 mm çapında 2 mm +/- 0,5 mm. et kalınlığında elektrostatik toz boya ile kaplı olmalıdır.
15. Sedyenin dört tarafında çarpma tamponları olmalıdır.
16. Sedyenin yan koruma barları konfor ve kullanım güvenliği için dokunulduğunda yumuşak his veren poliüretan ile kaplanmış olmalı, yan koruma barları içerisinde dayanıklılığı arttırmak için metal iskelet mevcut olmalıdır.
17. Sedyenin 360° derece dönebilen dört adet antistatik tekerleği olmalıdır.
18. Tekerlek çapı 150 mm. (+/- 10 mm.) olmalıdır.
19. Sedyenin 1 (bir) adet paslanmaz çelikten yapılmış, yüksekliği ayarlanabilir, sabit serum askılığı olmalı, serum askısı işlenildiğinde sedyenin yan tarafına yatırılarak yere yatay olarak gizlenebilir özellikte olmalıdır. Ayrıca sedyenin ayakucu ve başucunda olmak üzere iki adet serum askılığı yerli mevcut olmalıdır.
20. Sedye ile uyumlu viscoelastik özellikte, dikişsiz ve fermuarsız idrar defekasyon geçirmez kılıflı döşek mevcut olmalıdır.

21. UBB kodu olacaktır.

22. Sedyenin 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.

Doğan Yılmaz
[Signature]

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

Erdal GERENCI

Biyomedikal Uzmanı

Tasarruflu Yatırım

Biyomedikal Teknikeri

Zekarya BASARCAN

[Signature]